

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 7*

zestaw 1 [zam.: 29.12.2020] .....	2
zestaw 2 [zam.: 30.12.2020] .....	3
zestaw 3 [zam.: 31.12.2020] .....	4

1

[poz. 14÷27](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, plecioną, wchłanianą, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekana 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną nić.

2

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nici o długości 75cm.

3

[poz. 25÷27](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści długość podwiązki 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza długość podwiązki 150 cm.

4

[poz. 34](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szew z igłą 40mm.

5

[poz. 46÷48](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści nić bez dodatku dioctanuchlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian lub umożliwi złożenie oferty bez pozycji 48-48.

**Odpowiedź:**

Nie.

6

[poz. 49÷52](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści nić bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian lub umożliwi złożenie oferty bez pozycji 49-52?

**Odpowiedź:**

Nie.

1

[projekt umowy: § 6, ust. 1, 2, 3](#)**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona **modyfikacji** postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2, 3:

1. *Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 3 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie przedmiotu umowy.***
2. *Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.*
3. *W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) **niezrealizowanej części** wynagrodzenia umownego brutto.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**1***[pakiet 1, poz. 1÷13](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1-13 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew jednowłóknowy niewchłaniający, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro?

**Odpowiedź:**

TAK

**2***[pakiet 1, poz. 1÷3](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1-3 dopuści również igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęską, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

**3***[pakiet 1, poz. 9÷10](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 9-10 dopuści również igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

**4***[pakiet 1, poz. 11](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 11 dopuści również igłę 1/2 koła odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

**5***[pakiet 1, poz. 12](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 12 dopuści również igłę 3/8 koła konwencjonalnie tnącą o długości 90mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

**6***[pakiet 1, poz. 13](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 13 dopuści również igłę 1/2 koła odwrotnie tnącą o długości 40mm, długości nitki 100cm rozmiarze nitki 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

**7***[pakiet 1, poz. 14÷27](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 14-27 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.?

**Odpowiedź**

NIE

8

[pakiet 1, poz. 17 i 21](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 17 i 21 dopuści również długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

9

[pakiet 1, poz. 19÷20](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 19-20 dopuści również długość igły 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

10

[pakiet 1, poz. 22÷24](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 22-24 dopuści również igłę ½ koła okrągłą wzmocnioną, niż o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

11

[pakiet 1, poz. 25÷27](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 25-27 dopuści również długość nici 150cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

12

[pakiet 1, poz. 28÷36](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 28-36 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanienny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powłoczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni?

**Odpowiedź:**

NIE

13

[pakiet 1, poz. 32](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 32 dopuści również długość igły 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

14

[pakiet 1, poz. 33](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 33 dopuści również rozmiar nitki 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

15

[pakiet 1, poz. 34](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 34 dopuści również igłę ½ koła okrągło-tnącą o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

16

[pakiet 1, poz. 35](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 35 dopuści również igłę  $\frac{1}{2}$  koła okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

17

[pakiet 1, poz. 36](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 36 dopuści również igłę  $\frac{1}{2}$  koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

18

[pakiet 1, poz. 37÷40](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 37-40 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew pleciony, naturalny, niewchłaniający, jedwabny, oczyszczony z naturalnych wosków i klejów w celu zmniejszenia odczynowości, impregnowany woskiem?

**Odpowiedź:**

TAK

19

[pakiet 1, poz. 37](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 37 dopuści również igłę  $\frac{3}{8}$  koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

20

[pakiet 1, poz. 38](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 38 dopuści również igłę  $\frac{3}{8}$  koła odwrotnie tnącą, rozmiar nitki 4/0 pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

21

[pakiet 1, poz. 39](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 39 dopuści również igłę  $\frac{3}{8}$  koła konwencjonalnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

22

[pakiet 1, poz. 40](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 40 dopuści również rozmiar nitki 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

23

[pakiet 1, poz. 41÷45](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 41-45 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny – poliestrowy, niewchłaniający, pleciony zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem?

**Odpowiedź:**

NIE

24

[pakiet 1, poz. 42](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 42 dopuści również długość igły 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

TAK

25

[pakiet 1, poz. 43÷45](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 43-45 dopuści również długość nitki 180cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

26

[pakiet 1, poz. 46÷48](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 46-48 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%?

**Odpowiedź:**

NIE

27

[pakiet 1, poz. 47÷48](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 47-48 dopuści również igłę 1/2 koła okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE

28

[pakiet 1, poz. 49÷52](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 49-52 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniający, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła?

**Odpowiedź:**

NIE

29

[pakiet 1, poz. 51÷52](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 51-52 dopuści również igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczną dwuwkłęsłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

NIE