

# SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 2*

zestaw 1 [zam.: 15.02.2021] .....	2
-----------------------------------	---

1

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnych dializatorów sterylizowanych parą z syntetyczną błoną polyamix o powierzchniach 1,4 m<sup>2</sup> i 1,7 m<sup>2</sup>, posiadające wyższe klirensy mocznika i fosforanów niż dializatory wymagane w specyfikacji przez zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dializatory będą kompatybilne z drenami i aparatem GAMBRO AK 200.