

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 25.02.2021]	2
-----------------------------------	---

1

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nowoczesnych dializatorów sterylizowanych parą z syntetyczną błoną polyamix o powierzchniach 1,4 m² i 1,7 m², posiadające wyższe klirensy mocznika i fosforanów niż dializatory wymagane w specyfikacji przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że dializatory będą kompatybilne z drenami i aparatem GAMBRO AK 200.