

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 16.12.2014]	2
zestaw 2 [zam.: 17.12.2014]	3

zestaw 1

zam.: 16.12.2014 r.

1

wzór umowy: § 2, pkt 1

Pytanie:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Tak.

2

wzór umowy: § 7, pkt 1

Pytanie:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”.

1*pakiet 5, pozycja 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający potwierdza, że opatrunek powinien posiadać możliwość utrzymania na ranie do 7 dni, w zależności od stopnia wysięku?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający wymaga aby w obecności wysięku uwalnianie jonów srebra następowało przez okres do 7 dni. Zaoferowane opatrunki in vitro muszą wykazywać aktywność przeciwbakteryjną do 7 dni.

2*pakiet 1, pozycja 1÷4***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego rękawa siatkowego podtrzymującego opatrunek wykonanego z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elasthan, dorlastan). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania elastycznego rękawa siatkowego podtrzymującego opatrunek wykonanego z niestrzępiącej białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:

70% (+/- 2%) poliamidu

30% (+/- 2%) włókno elastyczne

bez optycznych wybielaczy.