



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 1 - Dot. Pakiet nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w Pakiecie nr 1 poz. 1-15 pochodził od jednego producenta oraz że w przypadku zaoferowania asortymentu od różnych producentów, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczeń tych producentów o wzajemnej kompatybilności oferowanych produktów (poz. 1 -15).

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami specyfikacji:

W przypadku gdyby elementy systemu pochodziły od kilku producentów, zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów elementów systemu o ich kompatybilności.

Pytanie 2 - Dot. Pakiet nr 1 poz. 8, 9, 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły pakowane po 50 sztuk .

Pytanie 3 - Dot. Projektu Umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)?

Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych niedomówień oraz na prawidłowe uwzględnienie ewentualnych reklamacji.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4 - Dot. Projekt Umowy § 4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 5 - Pakiet 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do treningu przepływu wdechowego o następujących parametrach:

- Spirometr do ćwiczeń płuc dla dzieci i dorosłych
- Kulki do ćwiczeń w trzech kolorach z oznaczeniem objętości na komorach
- Poziom przepływu od 600cc/sec, 900 cc/sec oraz 1200 cc/sec
- Kompaktowy kształt, wykonany z tworzywa wysokiej jakości
- Posiada filtr powietrza
- Łatwy w czyszczeniu ustnik





CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 6 - Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą fabrycznie połączoną ze strzykawką?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z zapisami specyfikacji.

Pytanie 7 - Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą dołączoną z możliwością zdjęcia?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z zapisami specyfikacji.

Pytanie 8 - Pakiet 8 poz.11

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o średnicy wewnętrznej 1,50mm?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 9 - Pakiet 12 poz.5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5l?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 10 do umowy: § 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wyrażenia „dzień opóźnienia” na „dzień zwłoki”?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 11 - Pakiet nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę insulinówek z igłą wtopioną 29G, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 12 - Pakiet nr 8, poz. 2-5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę z mlecznym, przezroczystym tłokiem z kontrastującym czarnym gumowym uszczelnieniem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 13 - Pakiet nr 8, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę o pojemności 3 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 14 - Pakiet nr 8, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę skalowanych co 1 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Nie.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 15 - Pakiet nr 12, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych z drenem przymocowanym na stałe, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 16 - Pakiet nr 12, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków pakowanych po 80 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

