



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 1 - Dotyczy pakietu nr 8 Poz.2-5

Proszę o dopuszczenie strzykawek z białym tłokiem.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 2 - Dotyczy pakietu nr 8 Poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą do 2,5 ml.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 3 - Dotyczy pakietu nr 8 Poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą do 6 ml.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4 - Dotyczy pakietu nr 8 Poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą do 12 ml.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 5 - Dotyczy pakietu nr 8 Poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą do 22 ml., ze skala co 1 ml, pakowana po 100szt.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 6 -Dotyczy pakietu nr 12 Poz.5

Proszę o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5-4,0 L.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 7- Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41mm z żelazem stałym?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 8 - Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru?

Odpowiedź

Rolka - 20,5 cm.

Pytanie 9 - Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru?

Odpowiedź

Arkusze - 215 x 280 mm.

Pytanie 10 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 1

Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, z kablem przyłączeniowym dł. 3m, obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym, kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji

ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Nie.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 11 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 2

Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, International, sterylny z elektrodą nożową z kablem przyłączeniowym o długości 3m; kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 12 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 4

Czy zamawiający dopuści elektrodę szpatałkowa prosta o wymiarach 3x25mm, o długości 53mm, trzpień o przekroju 4 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 13 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 5

Czy zamawiający dopuści elektrodę igłowa, prosta 0,7x22 mm, o długości 55 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 14 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 6

Czy zamawiający dopuści pincetę bipolarną, prosta, końcówki robocze ostre - długość 6mm z zamknięciem punktowym, o długości pincety 19,5cm, kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 15 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 8

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną, owalną, dwudzielną z półkami symetrycznymi o równej powierzchni z pierścieniem potencjału umożliwiającym równomierne rozprowadzenie prądu na obwodzie elektrody.

Wykonaną na podłożu z pianki polietylenowej ponieważ włóknina jest palna a pianka polietylenowa jest niepalna co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 16 - Dotyczy pakiet 19 poz. nr 9

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową 15 x 25cm

bez pasów mocujących lub elektrodę.. z osobną taśmą gumową do aplikacji elektrody o dł.1m z zapinką, kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §2 ust. 4 następującej treści: „Niewykorzystanie przedmiotu zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.”

Odpowiedź

Nie.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §2 ust. 5 następującej treści: „Zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie niezmienną.”

Odpowiedź

Wzór Umowy § 3

Dostawca gwarantuje:

1. terminowość dostaw;
2. zgodność asortymentu dostawy z zamówieniami;
3. dostawę towaru w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport i magazynowanie;
4. **stałość ceny netto przez cały okres trwania umowy**

Pytanie 20

Wnosimy o wykreślenie §8 lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 21 – pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z dołączoną igłą 0,5x16 mm lub 0,33x13 mm, skala 0,01.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 22 – pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z dołączoną igłą 0,4x13 mm, skala 0,025.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 23 – pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z wtopioną igłą 0,33x12 mm, 29G, U100.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 24 – Pakiet 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 25 – Pakiet 8 poz. 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 14 i stworzenie osobnego pakietu, pozwoli to naszej Firmie na złożenie atrakcyjnej oferty na pozostały asortyment z tego pakietu.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 26 – Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania i rozpuszczania leków, typ szlif ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału do pobieranej substancji, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 27 – Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę tępą do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozm. 18G sterylizowana tlenkiem etylenu, kolor nasadki inny niż igieł bez filtra.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 28 – Pakiet 10, poz. 1,3

Zwracam się z prośbą o w/w pozycji. Pozwoli to większej liczbie wykonawców na złożenie Państwu korzystnej oferty asortymentowo-cenowej.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 29 – Pakiet 10, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z poliuretanu, z portem bocznym, z trzema paskami kontrastującymi w RTG. Igła zaopatrzona w automatyczny plastikowy zatrząsk samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę, rozm. 18G-24G.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 30 – Pakiet 16, poz. 9

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i dopuszczenie zaworu bezigłowego:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membraną silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu, membrana uniemożliwia wypływ zwrotny płynów
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 360 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczu

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 31 - Pakiet nr 9, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź

Tak.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 32 - Pakiet nr 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej posiadającej diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie, gdzie czas pierwszego ładowania wynosi 17h, potem dowolnie częste i długie doładowywanie. Czas pracy strzygarki w pełni naładowanej 120 min. Pragniemy podkreślić, że usuwanie owłosienia pacjenta trwa kilka do kilkunastu minut i każdorazowo strzygarka odkładana pomiędzy użyciami jest doładowywana dzięki czemu personel ma zapewnioną naładowaną strzygarkę do usuwania owłosienia kolejnym pacjentom. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 33 - Pakiet nr 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymóg dezynfekcji w pełnym zanurzeniu ma być potwierdzony zapisem w oryginalnej instrukcji obsługi na temat klasy szczelności i warunków takiej dezynfekcji oraz czy oznaczenie klasy szczelności ma znajdować się na tabliczce znamionowej strzygarki co pozwoli bezpośredniemu użytkownikowi na prawidłową dezynfekcję i zabezpieczenie przed utratą gwarancji.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 34 - Pakiet nr 21, poz. 2

Czy celem dokładnej dezynfekcji Zamawiający oczekuje ładowarki indukcyjnej o konstrukcji pozwalającej na częściowy demontaż?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 35 - Pakiet nr 21, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego ostrza jednorazowego użytku, szerokość ostrza 4,8 cm, szerokości cięcia 31,5 mm kompatybilne ze strzygarką w pozycji nr 1.

Odpowiedź

Tak

Pytanie 36 - Pakiet nr 21

Ponieważ Zamawiający nie określił w SIWZ kluczowych parametrów dla strzygarki i ostrzy tj. wydajności strzyżenia i wysokości pozostawianych włosów prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować strzyżarkę o wydajności strzyżenia powyżej 5 tys. wł/s i ostrzy pozostawiających włos nie dłuższy niż 0,25 mm?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 37- Dotyczy Pakietu 19 pozycja 5

Elektroda igłowa, prosta 0,8x22 mm, długość 45 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300.

Czy zamawiający dopuści elektrodę o dł. 40mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź

Nie.