



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści serweta chirurgiczna w rozmiarze 75cm x 75cm z przylepnym otworem w rozmiarze 6cm x 8cm wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 2 - Pakiet 1 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych zgodnych z normą PN EN 14683 dla wymagań użytkowania typu II ?
Czy na potwierdzenie należy załączyć Kartę Danych Technicznych produktu?

Odpowiedź

Pytanie dotyczy pakiet 3 poz. 1 i 2.

Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych opisanych w specyfikacji.

Pytanie 3 - Pakiet 1 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych, które dzięki wewnętrznej warstwie filtracyjnej o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych, służą jako zabezpieczenie pola operacyjnego przed zanieczyszczeniem, złuszczone naskórką, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową?

Czy na potwierdzenie należy załączyć Kartę Danych Technicznych produktu?

Odpowiedź

Pytanie dotyczy pakiet 3 poz. 1 i 2.

Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych opisanych w specyfikacji.

Pytanie 4 - Pakiet 3 wg SIWZ (wg zał. cenowego pakiet 5) :

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w SIWZ opisał pakiet 3, natomiast w zał. cenowym ten sam pakiet ponumerował jako pakiet nr 5?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5 - Pakiet 3 (wg SIWZ, wg zał. cenowego pakiet 5) poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o szerokości 51 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 6 ust. 1) ?

Odpowiedź

Nie.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 8

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź

80%.

Pytanie 9


Czy w razie brak możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 10 - Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75cmx45cm, szerokość otworu w części węższej 10,5cm, w części szerszej 18 cm, długość otworu 13cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.



Odpowiedź

Nie.

Pytanie 11 - Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie serwety operacyjnej wykonanej z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m² o wymiarach 178x254cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 12 - Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego w rozmiarze L, traktowanego jako rozmiar uniwersalny oznakowanego jako środek ochrony osobistej, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas asortyment jest obecnie używany w Państwa placówce.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 13 - Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego w rozmiarze XL, oznakowanego jako środek ochrony osobistej spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas asortyment jest obecnie używany w Państwa placówce.

Odpowiedź

Nie.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 14 - Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50 cm x 75 cm bez regulacji otworu z otworem o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 15 - Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90 cm x 120 cm bez regulacji otworu z otworem o średnicy 10 cm ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 16 - Pakiet 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego z włókniną na powierzchni i folią na stronie tylnej?

Odpowiedź

Tak.

Pakiet 17 - 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g /m2 o składzie:

- poszewka 70 cm x 80 cm
- poszwa 160 cm x 210 cm
- prześcieradło 150 cm x 210 cm ?

Odpowiedź

Nie.

Pakiet 18 - 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g /m2 o składzie:

- poszewka 70 cm x 80 cm
- poszwa 160 cm x 210 cm
- prześcieradło 150 cm x 210 cm ?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 19 - Pakiet 3 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35 g /m2 z dwiema kieszeniami na dole bluzy, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 20 - Pakiet 2, Pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego fartucha izolacyjnego wykonanego w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23g/m2 spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzyma zapisy specyfikacji.

Pytanie 21 - Pakiet 2, Pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego fartucha izolacyjnego z poliestrowymi mankietami spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzyma zapisy specyfikacji.



CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

Pytanie 22 - Pakiet 2, Pozycja 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego fartucha izolacyjnego w kolorze pomarańczowym spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Proponowany wyrób jest fartuchem niemieckiej produkcji specjalnego przeznaczenia jako fartuch izolacyjny, barierowy, o udowodnionej odporności na przenikanie wirusów, bakterii, substancji chemicznych oraz cytostatyków.

Odpowiedź

Tak.

