

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 4*

zestaw 1 [zam.: 02.04.2015]	2
zestaw 2 [zam.: 02.04.2015]	3
zestaw 3 [zam.: 03.04.2015]	4

**1***[pakiet 1](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o długości min. 240 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o długości min. 240 mm.

**2***[pakiet 1](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych tylko na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych tylko na opuszkach palców.

**3***[pakiet 1](#)***Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznakowania na opakowaniu normy ASTM F 1671 i wyrażenie zgody na dołączenie raportu z badania do oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**4***[pakiet 2](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcach 0,11 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcach 0,11 mm.

**5***[pakiet 2](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych tylko na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych teksturowanych tylko na opuszkach palców.

**6***[pakiet 2](#)***Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznakowania na opakowaniu normy ASTM F 1671 i wyrażenie zgody na dołączenie raportu z badania do oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**1**[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (etanol, izopropanol) ma być fabrycznie nadrukowana przez producenta na opakowaniu jednostkowym wraz z podaniem stężenia i czasów przenikania, tak jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**2**[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na co najmniej 2 alkohole stosowane powszechnie w środkach dezynfekcyjnych – etanol i izopropanol, z fabrycznym oznakowaniem stężenia i czasów przenikania na opakowaniu jednostkowym, tak jak dotychczas stosowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**3**[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, sterylnych, bezpudrowych wykonanych w 100% z nitrilu, grubość na palcu  $0,13\pm 0,01$ mm, na mankiecie 0,07-0,08mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ, rozmiary XS, S, M, L, XL

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

**1**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne, bezpydrowe, wykonane ze 100% nitylu o grubości na palcu: 0,16 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,12 +/- 0,02mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

**2**[pakiet 5, poz. 1; pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, bezpydrowe polimerowane obustronnie, pewny chwyt dzięki specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy, grubość na palcu 0,23mm, rękawice podwójnie pakowane: wewnątrz w papier, zewnątrz w folię, długość 290-306mm, odporne przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

**3**[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 1, w pozycji nr 1 dopuści rękawice diagnostyczne: nitylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,12 +/-0,01mm, długość min. 240 mm, z teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Informacje dotyczące budowy rękawicy medycznej zgodnie z normą EN 455: 1-4. Przebadane oraz odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 3 poziomie, wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z normą 420, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). rozmiary S, M, L pakowane 200 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**4**[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 1 dopuści rękawice diagnostyczne: nitylowe do badań, niebieskie, grubość na palcach 0,13 +/-0,01 mm, mikroteksturowane, z teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Informacje dotyczące budowy rękawicy medycznej zgodnie z normą EN 455: 1-4. Przebadane oraz odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 3 poziomie, wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z normą 420, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar S, M, L - pakowane po 100 sztuk

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

**5**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w pakiecie nr 4, w pozycji nr 1 dopuści rękawice chirurgiczne sterylne: bezpydrowe, wykonane z neoprenu, antyalergiczne. Grubość na palcu 0,185 mm, na mankiecie 0,16 mm. Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3. Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych zgodnie z EN 420, zapewniające odporność przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z EN 388. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III, rękawice gwarantujące brak absorpcji i przenoszenia alergenów oraz endotoksyn, Rozmiar- 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.