

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 18

zestaw 1 [zam.: 18.05.2015]	2
<i>część 1</i>	2
<i>część 2</i>	6
<i>część 3</i>	7
<i>część 4</i>	8
<i>część 5</i>	12

CZĘŚĆ 1**1***pakiet 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie **4. Stołu zabiegowego z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.** z całości pakietu nr 2 i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet?

Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru stołów spośród znacznie szerszego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2*pakiet 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie **5. Wózka transportowego w pozycji leżącej – 1szt.** z całości pakietu nr 2 i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet?

Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru wózków spośród znacznie szerszego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3*pakiet 2***Pytanie**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania posiadania przez producenta certyfikatów CE do wózka transportowego i stołu zabiegowego z pakietu nr 2?

Oferowany sprzęt jest zgłoszony do RWM oraz posiada deklarację zgodności, co w przypadku produktów medycznych I grupy powinno być wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4*pakiet 2***Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół, którego całość konstrukcji wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu oraz próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Takie rozwiązanie sprawia, że wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, stół jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co podnosi jego wartość użytkową.

Odpowiedź:

TAK

5*pakiet 2***Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół z regulacją wysokości w zakresie od 575 do 935mm? Oferowany zakres zapewnia dostosowanie wysokości do potrzeb pacjenta, personelu operującego oraz umożliwi efektywne prowadzenie reanimacji osobom o różnym wzroście.

Odpowiedź:

TAK

6

pakiet 2

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół wyposażony w jednoczęściowy, całkowicie odejmowalny segment nożny regulowany w zakresie od 0 do -45°?

Proponowane rozwiązanie umożliwia odpowiednie podparcie nóg pacjenta podczas zabiegu i jego regulacja w większym zakresie nie niesie ze sobą wymiernych korzyści w stole przeznaczonym do przeprowadzania prostych zabiegów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7

pakiet 2

Pytanie:**Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG na 75% długości blatu?

Jest to rozwiązanie wystarczające do skutecznego obrazowania ciała pacjenta.

Odpowiedź:

NIE

8

pakiet 2

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 do 20°?

Jest to parametr optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych, zapewniający odpowiednie pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegów. Ponadto różnica zaledwie 5° nie będzie zauważalna w praktyce.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9

pakiet 2

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół z regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do +85°?

Proponowany zakres regulacji oparcia pleców jest wystarczający i pozwala na odpowiednie pozycjonowanie pacjenta, gwarantując przy tym komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10

pakiet 2

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół z regulacją podglówka w zakresie od -30° do +30°?

Proponowany zakres regulacji oparcia głowy jest wystarczający i pozwala na odpowiednie pozycjonowanie głowy pacjenta do przeprowadzenia każdego rodzaju zabiegu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

zestaw 1

zam.: 18.05.2015 r.



(zdjęcia poglądowe)

11

pakiet 2

Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy o szerokości całkowitej z barierkami bocznymi wynoszącej 820mm?

Oferowana szerokość jest korzystniejsza, gdyż gwarantuje bezpieczny i komfortowy transport pacjentów o różnych gabarytach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

12

pakiet 2

Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 640 – 890mm?

Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy, w którym regulacja kąta przechyłu Trendelenburga i anti-Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-16°?

Jest to zakres optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych wózka i gwarantuje uzyskanie odpowiedniej pozycji ratującej życie pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

14

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali pokrytej lakierem proszkowym w kolorze czerwonym?

Jest to rozwiązanie gwarantujące tożsamą funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

15

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czerwony, składane wzdłuż leża z 5 pionowymi prostymi elementami?

Oferowane rozwiązanie równie skutecznie chroni pacjenta podczas transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

16

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy z możliwością wyboru koloru obić tapicerowanych z 3 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

17

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowy, w którym centralna blokada kół uruchamiana jest dźwignią nożną w postaci prostej rury wykonanej ze stali nierdzewnej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta?

Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

TAK

CZĘŚĆ 2**18***pakiet 2***Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 5 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 74 stopni?

Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu różni się od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

TAK

19*pakiet 2***Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 5 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 44 stopni?

Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu różni się od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

TAK

20*pakiet 2***Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy z regulacją kąta nachylenia podglówka w zakresie od -40 do +50 stopni?

Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu różni się od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

TAK

CZĘŚĆ 3**21***pakiet 2, część 2: EKG, pkt. 1 i 3***EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z bezdotykowym kolorowym ekranem graficzny o przekątnej ekranu 7” i rozdzielczości 800 x 480 pikseli z możliwością podglądu jednoczasowego 3, 6, 12 odprowadzeń EKG?

Zaletą oferowanego rozwiązania jest sterowanie funkcjami aparatu za pomocą zdefiniowanych klawiszy funkcyjnych z nawigacją menu ekranowego oraz dostępem do klawiatury typu membranowego ze sprzężeniem dotykowym, przystosowanej do zastosowań szpitalnych, charakteryzującej się odpornością na zanieczyszczenia i ścieranie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

22*pakiet 2, część 2: EKG, pkt 10***EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z wbudowaną drukarką A4, z wydrukiem na papierze typu składanka szerokości 210 mm?

Odpowiedź:

TAK

23*pakiet 2, część 2: EKG, pkt 14***EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z cyfrową filtracją zakłóceń mięśniowych 20 Hz i 40 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

24*pakiet 2, część 2: EKG, pkt 16***EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z regulacją filtra izolinii w odstępach: 0.04 Hz, 0.56Hz, 20Hz, 40Hz, 100Hz, 150Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

25*pakiet 2, część 2: EKG, pkt 19***EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z prędkością zapisu 5/12.5/25/50 mm/s?

Odpowiedź

TAK

26*pakiet 2, część 2: EKG, pkt 24***EKG – 3 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z bazą pacjentów do 300 badań oraz możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznym typu PenDrive lub karta SD?

Odpowiedź:

TAK

27

pakiet 2, część 2: EKG, pkt 25

EKG – 3 szt.**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu EKG z trybem pracy akumulatorowej do 300 badań oraz monitorowania ciągłego do 3 godzin?

Odpowiedź:

TAK

CZĘŚĆ 4

28

pakiet 2

Łóżko szpitalne (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne lakierowane proszkowo lakierami epoksydowanymi?

Odpowiedź:

TAK

29

pakiet 2

Łóżko szpitalne (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z leżem pacjenta wypełnionym łatwo demontowanymi panelami ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

30

pakiet 2

Łóżko szpitalne (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z leżem pacjenta wypełnionym łatwo odejmowaną siatką stalową, ocynkowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

31

pakiet 2

Łóżko szpitalne (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z regulacją wysokości: 354 mm - 794 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

32

pakiet 2

Łóżko szpitalne (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z całkowitą szerokością łóżka z poręczami bocznymi: 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

33[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z całkowitą szerokością łóżka z poręczami bocznymi: 1020 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

34[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z zakresem regulacji przechyłu wzdłużnego leża min od +17° do - 17°?

Odpowiedź:

TAK

35[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z zakres regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°?

Odpowiedź:

TAK

36[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z funkcją autoregresji oparcia pleców 70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

37[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z funkcją autoregresji oparcia ud 30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

38[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z zakresem regulacji segmentu ud w zakresie od 0° do 30°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

39[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne (zadanie 3):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniem roboczym 185 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

40

[pakiet 2](#)**Łóżko szpitalne** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne z regulacją wysokości: 445 mm - 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

41

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, w której rama wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo lakierami epoksydowanymi?

Odpowiedź:

TAK

42

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta o wymiarach:

- Wysokość: 880 mm

- Szerokość: 500 mm

- Głębokość: 435 mm?

Odpowiedź:

TAK

43

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta z blatem głównym o wymiarze: 500 x 435 mm?

Odpowiedź:

TAK

44

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta z blatem bocznym o wymiarze: 590 x 360 mm?

Odpowiedź:

TAK

45

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta z blatem bocznym wykonanym z ABS?

Odpowiedź:

TAK

46

[pakiet 2](#)**Szafka pacjenta** (zadanie 3):**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta z wnętrzem dolnej części szafki w postaci jednoczęściowej komory, niepodzielonej na dwie części?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

47

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy w pozycji leżącej o szerokości całkowitej wraz z poręczami: 830 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

48

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 560 – 880 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka?

Odpowiedź:

TAK

49

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe w pozycji leżącej z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 0 - 12°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

50

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z uchwytami do pchania lakierowanymi proszkowo farbami epoksydowanymi?

Odpowiedź:

TAK

51

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo farbami epoksydowanymi?

Odpowiedź:

TAK

52

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z kołami w systemie hamowania po przekątnej?

Odpowiedź:

TAK

53

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej (zadanie 5):****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z kołami w systemie blokady centralnej i z piątym kołem kierunkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

CZĘŚĆ 5**54***pakiet 2***Szafa endoskopowa – 2 szt.****Pytanie:**

Czy w celu zwiększenia przestrzeni do przechowywania endoskopów, Zamawiający dopuszcza wykonanie szafy bez pionowej przegrody i zastosowanie zamka 3-punktowego typu Baskwil?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

55*pakiet 2***Szafa endoskopowa – 2 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie 6 niezależnych uchwytów do endoskopów, wysuwanych na prowadnicach ze stali?

Odpowiedź:

TAK

56*pakiet 2***Szafa endoskopowa – 2 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający, w celu zapewnienia swobodnego rozlokowania urządzeń, dopuszcza zwiększone wymiary gabarytowe szafy, na 1100x570x2200mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

57*pakiet 2***Szafa endoskopowa – 2 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej zbiorczej tacy ociekowej?

Odpowiedź:

TAK

58*pakiet 2***Defibrylator AED – 1 szt.****Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie defibrylatora cenionego producenta amerykańskiego Defibtech, o następujących parametrach:

- a) Półautomatyczny defibrylator, przenośny, dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED.
- b) Komendy w j. polskim
- c) Automatyczna ocena rytmu EKG i analiza impedancji klatki piersiowej pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecane
- d) Zakres Energii: 50 J osoby pediatryczne, 150 J osoby dorosłe
- e) Ładowanie do energii 150 J do 9 sekund od momentu stwierdzenia rytmu do defibrylacji
- f) Pamięć wewnętrzna z możliwością zapisu 20 min danych EKG
- g) Bateria główna nieładowna 7 letnia umożliwiająca 300 wyładowań lub 16 godzin ciągłej pracy
- h) Codzienne autotesty bez ingerencji użytkownika
- i) Norma pyłoszczelności i wodoszczelności IP54
- j) Gwarancja 8 lat na urządzenie i 4 lata na baterię główną

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

59

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość wynosi 990mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

60

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego segmenty leża wypełnione są odejmowalnymi, trwałymi panelami wykonanymi z ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

61

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 370mm – 735mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

62

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym elektryczna regulacja przechyłów wzdłużnych odbywa się w zakresie +/-15 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

63

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym elektryczna regulacja segmentu pleców odbywa się w zakresie 0 – 70 stopni?

Odpowiedź:

TAK

64

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym elektryczna regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie 0 – 34 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

65

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający opisując funkcję autoregresji w segmencie pleców oraz uda będzie wymagał aby te segmenty posiadały funkcję autoregresji podwójnej, która polega na odsuwaniu się dolnej krawędzi segmentu oraz ruchu do góry (po okręgu) w trakcie podnoszenia segmentów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

66

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w mechaniczną dźwignię, umieszczoną pod leżem służącą do poziomowania tylko segmentu pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

67

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez osłony tworzywowej elementów konstrukcyjnych podwozia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

68

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka posiadały dodatkowo możliwość blokowania ich na wypadek przypadkowego wyjęcia szczytów w trakcie transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

69

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm z centralną i kierunkową blokadą, zamontowane za pomocą metalowego uchwyty, których rdzeń osłonięty jest tworzywową osłoną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

70

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w chromowaną ramę wyciągową?

Odpowiedź:

TAK

71

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w ramę wyciągową, która składa się z m.in. czterech górnych poprzeczek, z których dwie są ruchome?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

72

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w materac przeciwodleżynowy pasywny, dostosowany do pacjentów o wadze 120kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

73

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy składający się z 18 poprzecznie ułożonych komór?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

74

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, której wymiary blatu głównego wynoszą 465mm x 415mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

75

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwodleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, której głębokość wynosi 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

76

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta wyposażoną w blat boczny z płyty HPL, zabezpieczonym przed zsunięciem się przedmiotów za pomocą aluminiowych list w kształcie litery C?

Odpowiedź:

TAK

77

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, w której fronty szuflad oraz drzwiczki komory wykonane są z płyty HPL odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

Odpowiedź

TAK

78

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, w której dolna komora przedzielona jest na dwie części odejmowalną tworzywową półką?

Odpowiedź:

TAK

79

[pakiet 2](#)

Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym, materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz z wyposażeniem dodatkowym: ramą wyciągową, materacami przeciwoleżynowymi do terapii 3 stopnia odleżyn

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szafkę pacjenta, której drzwi wyposażone są w zatraskowy mechanizm domykający?

Odpowiedź:

TAK

80

[pakiet 2](#)

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2 szt.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, którego elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

TAK

81

[pakiet 2](#)

Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2 szt.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja wysokości odbywa się pedałem nożnym przy pomocy pompy hydraulicznej w zakresie 760mm – 1060mm ?

Odpowiedź:

TAK

82

[pakiet 2](#)**Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości – 2 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja segmentu podglówka odbywa się w zakresie +30/-45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

83

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, którego długość wynosi 2190mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

84

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, którego leże jest dwusegmentowe, tapicerowane bez prowadnicy na kasetę RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

85

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy, w którym pozycję Trendelenburga i antyTrendelenburga ustawia się za pomocą regulowanej sekcji pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

86

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony chromowane uchwyty do pchania?

Odpowiedź:

TAK

87

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w chromowane bariery boczne, składające się z 4 pionowych elementów i 1 poziomego, chroniące pacjenta na 3/4 długości leża w centralnej części?

Odpowiedź:

TAK

88

[pakiet 2](#)**Wózek transportowy w pozycji leżącej – 1 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w cztery koła o średnicy 125mm montowane na metalowym uchwycie z tworzywową osłoną rdzenia koła, blokowane za pomocą chromowanych dźwigni przy każdym kole, na dźwigniach tworzywowe nakładki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

89

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści EKG wyposażone w ekran 8" TFT LCD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

90

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści EKG bez funkcji ukrywania paska ?

Odpowiedź:

TAK

91

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści EKG z filtrami izolacji 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

92

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści EKG z prędkościami 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s?

Odpowiedź:

TAK

93

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści EKG o wadze 6 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

94

[pakiet 2](#)**EKG – 3 szt.****Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści EKG z możliwością rozbudowy do 1000 grup badań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ