

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 31.07.2015]	2
-----------------------------------	---

1[pakiet 19, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m, obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym; kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Tak.

2[pakiet 19, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej prostej 3x28mm, długość całkowita 66mm, trzpień o przekroju 4 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Nie.

3[pakiet 19, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej, prostej o średnicy zewnętrznej igły 1 mm, długość całkowita elektrody 62 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Nie.

4[pakiet 19, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety bipolarnej, prostej, końcówki robocze ostre - długość 6mm z zamknięciem punktowym, długość pincety 160mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Nie.

5[pakiet 19, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych czyścików do elektrod 42x42mm, grubość 5mm z folią samoprzylepną, op=50 sztuk 2 opakowania?

Odpowiedź:

Tak.

6[pakiet 19, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej dzielonej elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, dzielona powierzchnia przewodząca 90cm², powierzchnia przewodząca dzielona po obwodzie elektrody, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć, klej i żel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu (ekwipotencjalny), elektrody neutralne kompatybilne z generatorami ERBE ICC 300 oraz VIO, kompatybilność potwierdzona deklaracją zgodności producenta, opakowanie handlowe 100szt elektrod.

Odpowiedź:

Nie.

7[pakiet 19, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej silikonowej 15 x 25cm wraz z pasami mocującymi; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej nakłuwaczy bezpiecznych o równoważnym do opisanego w SIWZ kształcie, których mechanizm gwarantuje, że igła pozostaje schowana zarówno przed jak i po nakłuciu, aktywowanych poprzez dociśnięcie do skóry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.