

**SPIS TREŚCI**

*stron dokumentu: 2*

zestaw 1 [zam.: 14.08.2015] ..... 2

## zestaw 1

zam.: 14.08.2015 r.

**1***[pakiet 3, poz. 1÷7](#)***Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania asortymentu kompatybilnego z urządzeniem VIVANO Tec, które zostanie wdzierżawione w cenie asortymentu wymienionego w/w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Nie.

**2***[pakiet 3, poz. 1](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego piankowego umieszczonego na polipropylenowej tacce o następującym składzie:

- Opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej 25cm x 15 cm x 3,3cm
- Samoprzylepny port połączony z dwuświatłowym drenem
- 3 x samoprzylepy, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej 20cmx30 cm

**Odpowiedź:**

Tak.

**3***[pakiet 3, poz. 2](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego piankowego umieszczonego na polipropylenowej tacce o następującym składzie:

- Opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej 18cm x 12,5 cm x 3,3cm
- Samoprzylepny port połączony z dwuświatłowym drenem
- 2 x samoprzylepy, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej 20cmx30 cm

**Odpowiedź:**

Tak.

**4***[pakiet 3, poz. 6÷7](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający pod pojęciem „jednorazowe” oczekuje zaoferowania pojemników sterylnych, gotowych do użycia?

**Odpowiedź:**

Nie.

**5***[pakiet 3, poz. 6](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 800 ml?

**Odpowiedź:**

Nie.

**6***[pakiet 3, poz. 7](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiorników o pojemności 300 ml?

**Odpowiedź:**

Nie.

**7***[pakiet 3, poz. 6÷7](#)***Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku wyrażenia zgodny na inną pojemność zbiorników Zamawiający oczekuje przeliczenia zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraził zgody na inną pojemność zbiorników.