

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 3*

zestaw 1 [zam.: 19.02.2016]	2
zestaw 2 [zam.: 19.02.2016]	3

## zestaw 1

zam.: 19.02.2016 r.

**1**[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w **pakiecie nr 1 poz 1**:

Dwustronne szczoteczki czyszczące do endoskopów, długość 230cm, średnica 5-7 (główka taperowana) i 11 mm, jednokrotnego użycia?

**Odpowiedź:**

Nie.

**2**[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w **pakiecie nr 1 poz 5**:

Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia bronchoskopów, dwugłówkowa średnica 3mm, długość 180cm, plastikowy korpus, plastikowa kulka na końcach szczotki zabezpieczająca kanał biopsyjny endoskopu, jednokrotnego użycia?

**Odpowiedź:**

Tak.

1

[pakiet 1, poz. 1](#)

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie szczoteczek o długości 250 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

2

[pakiet 1, poz. 5](#)

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie szczoteczek o długości 120 cm, dostarczane w plastikowym opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak.