



# CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ

im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

## Pytanie 1 - Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 1,2 i 0,9 w jednej długości, tak jak obecnie stosowane, pozostałe parametry i rozmiary zgodnie z SIWZ.

### Odpowiedź

Nie.

## Pytanie 1 - Pakiet nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby igły bezpieczne wykonane były w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki igły), tak jak obecnie stosowane?

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

## Pytanie 1 - Pakiet nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje igły bezpiecznej ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą igłę przed ryzykiem zakażenia bezpośrednio po iniekcji, bez możliwości zdjęcia/oddzielenia osłonki zabezpieczającej od igły, tak jak obecnie stosowane?

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

