

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 7

zestaw 1 [zam.: 06.04.2016]	2
zestaw 2 [zam.: 07.04.2016]	5
zestaw 3 [zam.: 08.04.2016]	6
zestaw 4 [zam.: 08.04.2016]	7

1[pakiet 4, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę o dł. 40mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza elektrodę o dł. 40mm.

2[pakiet 7, poz. 16](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCap™ stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwiający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni?

Odpowiedź:

Tak.

3[pakiet 7, poz. 16](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego.

W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.

4[pakiet 7, poz. 16](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

5[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m, obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowym; kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Tak.

6[pakiet 4, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej prostej 3x28mm, długość całkowita 66mm, trzpień o przekroju 4 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Tak.

7[pakiet 4, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej, prostej o średnicy zewnętrznej igły 1 mm, długość całkowita elektrody 62 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Tak.

8

[pakiet 4, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety bipolarnej, prostej, końcówki robocze ostre - długość 6mm z zamknięciem punktowym, długość pincety 195 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Tak.

9

[pakiet 4, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnych czyścików do elektrod 42x42mm, grubość 5mm z folią samoprzylepną, op=50 sztuk 2 opakowania?

Odpowiedź:

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego.

W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.

10

[pakiet 4, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej dzielonej elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, dzielona powierzchnia przewodząca 90cm², powierzchnia przewodząca dzielona po obwodzie elektrody, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć, klej i żel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu (ekwipotencjalny), elektrody neutralne kompatybilne z generatorami ERBE ICC 300 oraz VIO, kompatybilność potwierdzona deklaracją zgodności producenta, opakowanie handlowe 100szt elektrod.

Odpowiedź:

Tak.

11

[pakiet 4, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej silikonowej 15 x 25cm wraz z pasami mocującymi; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300?

Odpowiedź:

Nie.

12

[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów opatrunkowych pakowanych w opakowania a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego.

W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.

13

[pakiet 2, poz. 4 i 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portów i łączników Y pakowanych pojedynczo w opakowania zbiorcze a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego.

W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.

zestaw 1

zam.: 06.04.2016 r.

14

[pakiet 2, poz. 6](#)

Pytanie:

Czy można zaoferować zbiorniki o pojemności 800 ml pakowane w opakowania a'3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

15

[pakiet 2, poz. 7](#)

Pytanie:

Czy można zaoferować zbiorniki o pojemności 300 ml pakowanych w opakowania a' 3 szt?

Odpowiedź:

Nie.

1[pakiet 9, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie odrębnego pakietu.

Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź:

Nie.

2[pakiet 9, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 mikrona, z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła oporu, łatwe wbicie się w butelkę, ergonomiczny kształt, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, pirogenny?

Odpowiedź:

Nie.

3[pakiet 9, poz. 3](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu.

Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź:

Nie.

4[pakiet 9, poz. 6÷8](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu.

Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odpowiedź:

Nie.

5[pakiet 9, poz. 6](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wyposażonej w zastawkę antyzwrotną, która pełni tę samą rolę co filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Nie.

6[pakiet 9, poz. 6](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej neonatologicznej dla rozmiaru 24G, wyposażoną w zastawkę antyzwrotną, która pełni tę samą rolę co filtr hydrofobowy.

Odpowiedź:

Nie.

7[pakiet 9, poz. 8](#)**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętnicznej w rozmiarze 0,8x50mm o przepływie 27ml.

Odpowiedź:

Nie.

1

[pakiet 1](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający miał na myśli j.m. jako 1 sztukę opakowania zbiorczego zawierającego 5 sztuk opatrunków czy 1 sztukę opatrunku?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami specyfikacji jednostką miary jest sztuka.

1

[pakiet 7, poz. 2](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya dwudrożny wykonany z 100% silikonu z dołączoną fabrycznie napełnioną strzykawką z 10ml wody jałowej i 10% gliceryny CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24?

Odpowiedź:

Tak.