

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 9*

zestaw 1 [zam.: 15.04.2016] .....	2
zestaw 2 [zam.: 15.04.2016] .....	3
zestaw 3 [zam.: 15.04.2016] .....	4
zestaw 4 [zam.: 15.04.2016] .....	6
zestaw 5 [zam.: 18.04.2016] .....	7

1

[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha operacyjnego wzmocnionego wykonanego z włókniny typu SMMMS, z mankietami o szerokości 7cm, o odporności na przenikanie cieczy 100cm H<sub>2</sub>O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho i mokro 200kPa, w opakowaniu posiadającym 4 etykiety samoprzylepne, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

2

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x50cm z regulowanym otworem 0-26cm x 11cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

3

[pakiet 4, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarze 150x180cm lub serwety z taśmą lepną na dłuższym boku w rozmiarze 150x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**


Tak.

4

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9x50cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk 30,5x32cm
- 2 przylepne serwety 75x90cm z warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowe na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta średnia 180x180 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x180cm + łąta chłonna)
- 1 przylepna serweta duża 150x240 cm z warstwą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta, wymiar 3w 75x240cm + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>

Gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 314 kPa

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O

Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety

**Odpowiedź:**

Tak, jeżeli spełnia wymóg odporności na przenikanie cieczy.

**1**[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha operacyjnego wykonanego z włókniny SMMMS posiadającego przy szyi zapięcie w postaci taśmy wielokrotnego użytku (zapinanie w dowolnej części fartucha w okolicach barków co pozwala na dopasowanie fartucha do kształtu ciała operatora), posiadającego wzmocnienia w części przedniej oraz w rękawach o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy > 165 cm H<sub>2</sub>O wg EN 13795 (obszary krytyczne)?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie.

**2**[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłóżek uniwersalnych wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gram. 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi o min. gram. 110 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H<sub>2</sub>O i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm ( wzmocnienie min. 60x145cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm bez organizatorów przewodów
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x175cm bez organizatorów przewodów
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna poliestrowa 10x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x33cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie.

**3**[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji głowy szyi wykonanego z laminatu 2-warstwowego o min. gram. 55 g/m<sup>2</sup> z dodatkowymi padami chłonnymi o min. gram. 110 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H<sub>2</sub>O i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" ("U" 10x60cm) 225x280cm
- 1 serweta typu turban 65x100cm/75x90cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x33cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie.

**4**[pakiet 1, poz. 1,2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów izolacyjnych w zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniami wykonanego z włókniny SMS o gram . 35g/m<sup>2</sup> , w przedramionach i przodzie fartucha dodatkowe wzmocnienie o gram. 40g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 202,8, wypychanie na mokro 64,8 kPa (norma PN EN 13938-1 dopuszcza parametr równy lub wyższy od 40 kPa) pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

2

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zabiegowego o gram. 20g/m<sup>2</sup>?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

3

[pakiet 3, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy posiadającej dwie kieszenie u dołu i jedną wąską u góry?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

4

[pakiet 3, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu perforowanego o szerokości 51 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

5

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń uniwersalnych o składzie :

serweta z przylepcem	1	L3	240x150
serweta z przylepcem	1	L3	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Wykonany z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> , odporność na przenikanie cieczy 250 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150 kPa.

Serweta na stolik instrumentalny z warstwą chłonną o szerokości 66 cm, osłona na stolik Mayo z warstwą chłonną o rozmiarze 76x85cm (+/- 2).

**Odpowiedź:**

Nie.

**6**[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do operacji głowy/szyi o składzie:

- serweta chirurgiczna do okrycia głowy o rozmiarze 150x90cm z owinięciem w kształcie turbanu, wyposażona w taśmy samoprzylepnej, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 56g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H<sub>2</sub>O, wypychanie na mokro /sucho 150 kPa - 1 szt
- serweta chirurgiczna dolna 300x240cm z wykrojem w kształcie literu U 63x7cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 56g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H<sub>2</sub>O, wypychanie na mokro/sucho 150 kPa - 1 szt
- serweta na na stół instrumentalny 150x190cm z warstwą chłonną o szerokości 66 cm - 1 szt
- serweta na stół Mayo 145x80cm z warstwą chłonną o rozmiarze 76x85cm (+/- 2) - 1 szt

**Odpowiedź:**

Nie.

**7**[projekt Umowy](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę terminu płatności na 30 dni?

**Odpowiedź:**

Nie.

**8**[projekt Umowy](#)**Pytanie:**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:**

Nie.

**9**[projekt Umowy](#)**Pytanie:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:**

Nie.

**10**[projekt Umowy](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:**

Nie.

---

**1**[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści fartuch operacyjny wzmocniony wykonany z włókny SMMMS, posiadający wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie krytycznej min. 140 kPa?

**Odpowiedź:**

Nie.

---

**1**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wydzieli pozycję do osobnego pakietu np. 4A?  
Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie ofert od większej ilości wykonawców i zwiększy konkurencyjność postępowania?

**Odpowiedź:**

Nie.

**1**[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS  
o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> i o gramaturze wzmocnień z przodu i na rękawach 38g/m<sup>2</sup>,  
odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 125 H<sub>2</sub>O,  
strefie mniej krytycznej 35H<sub>2</sub>O,  
wypychanie na mokro w strefie krytycznej,  
parametry zgodne z normą EN 13795,  
cztery etykiety samoprzylepne,  
pozostałe wymagania zgodne z opisem 150 kPa.

**Odpowiedź:**

Nie.

**2**[pakiet 4, poz. 1÷4](#)**Pakiet:**

Czy Zamawiający dopuści serwety z 2-4 etykietami samoprzylepnymi?

**Odpowiedź:**

Tak.

**3**[pakiet 4, poz. 4](#)**Pakiet:**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 150x2410cm?

**Odpowiedź:**

Nie.

4

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pakiet:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeniowy o składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x190cm  
*Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.*
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80x140cm  
*Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140x80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60cm. Chłonność serwety 350%.*
- 1 x Serweta o wym. 170x180cm  
*Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąka chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50x80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody*
- 1 x Serweta o wym. 170x240cm  
*Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>. W polu krytycznym łąka chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30x80cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.*
- 2 x Serweta o wym. 75x90cm  
*Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%. Serweta z przylepcem.*
- 1 x Taśma przylepna o wym. 10x50cm
- 4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30x30cm  
*Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>.*

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup>, chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź:**

Nie.

5

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na fartuchy niesterylne .

6

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Tak.



**7**[pakiet 3, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> o składzie:

- poszewka 70x80cm
- poszwa 160x210cm
- prześcieradło 150x210cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**8**[pakiet 3, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> o składzie:

- poszewka 70x80cm
- poszwa 160x210cm
- prześcieradło 150x210cm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**9**[pakiet 3, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> z dwiema kieszeniami na dole bluzy, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

**Odpowiedź:**

Nie.