

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 5

zestaw 1 [zam.: 18.04.2017]	2
zestaw 2 [zam.: 20.04.2017]	3
zestaw 3 [zam.: 21.04.2017]	5

1

[pakiet 2, poz. 5](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 5 dopuści miskę o poj. 3 litrów, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający nie dopuszcza miski o poj. 3 litrów.

1

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania wkłady workowe 2000 ml, pod warunkiem doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe i mocowniki, na czas trwania umowy?

Oferowany system do odsysania jest produkcji brytyjskiej, i jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). Wkłady wykonane są z tworzywa umożliwiającego ich stabilne i bezpieczne odstawienie; posiadają zintegrowaną pokrywę, wyposażoną w dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Opcjonalnie, do wyboru Zamawiającego, oferujemy wariant wkładu do łączenia szeregowego. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „dwa dreny łączące” rozumie dreny do połączeń szeregowych?

Odpowiedź:

Jest to dren łączący do odsysania.

3

[pakiet 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do zębów z odsysaniem oraz z pofalowaną gąbką na górnej powierzchni.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbki do toalety jamy ustnej pokrytej dwuwęglanem sodu.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny.

W przypadku nie dopuszczenia jednego z powyższych rozwiązań prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. nr 4 do oddzielnego pakietu celem złożenia oferty.

Odpowiedź:

Pakiet nr 6 poz. 4 dotyczy jednorazowej szczoteczki z pastą do stosowania u pacjentów przytomnych bez konieczności odsysania. Zamawiający nie dopuszcza powyższych rozwiązań.

4

[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 30mm x 44 mm, prostokątnej, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5

[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Wykonawca wycenia elektrody do EKG w przeliczeniu na opakowania. Należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba Elektrod do EKG była zgodna z zapisami specyfikacji, np. *400 opakowań po 50 szt.* Wykonawca przy opisie przedmiotu zamówienia wskazuje jakie opakowanie oferuje i podaje jednostkę miary oraz ilość.

Pytanie:

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że wykorzysta przedmiot umowy na poziomie 80%.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści

Sterylnie narzędzie chirurgiczne jednorazowego użytku w formie sztancy biopsyjnej, służące do pobierania wycinków tkankowych do badań histopatologicznych. Średnica pobranych wycinków 1mm do 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 21.04.2017 r. została dokonana zmiana pakietu nr 3.

Nowe brzmienie:Pakiet 3

1. *Sterylnie narzędzie chirurgiczne jednorazowego użytku w formie sztancy biopsyjnej, służące do pobierania wycinków tkankowych do badań histopatologicznych. Średnica pobranych wycinków od 1,5 mm do 8 mm.*