

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 03.07.2017]2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie

jednorazowej dzielonej elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, dzielona powierzchnia przewodząca 90cm², powierzchnia przewodząca dzielona po obwodzie elektrody, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć, klej i żel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu (ekwipotencjalny), elektrody neutralne kompatybilne z generatorami ERBE ICC 300 oraz VIO, kompatybilność potwierdzona deklaracją zgodności producenta, opakowanie handlowe 100szt elektrod?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną elektrodę.