

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 3*

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| zestaw 1 [zam.: 25.10.2017] ..... | 2 |
| zestaw 2 [zam.: 26.10.2017] ..... | 3 |

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści również dermatom elektryczny:

- precyzyjna regulacja grubości pobieranego przeszczepu: 0 - 0,76 mm ze skokiem co 0,05 mm
- szerokość pobieranych płatów skóry: od 2,5cm do 10cm
- prędkość cięcia 5000-6000 cykli/min
- sterylne ostrza, nie wymagają smarowania
- rękojeść ze zintegrowanym silnikiem oraz przewodem zasilającym
- silnik nie wymaga smarowania
- płytki regulujące szerokość pobieranego przeszczepu

Zasilacz dermatomu:

- elektryczny

Kaseta do sterylizacji dermatomu:

- kosz ze stali nierdzewnej, perforowany, z uchwytami do mocowania zestawu dermatomu z osprzętem, do mycia w myjni automatycznej, przechowywania i sterylizacji w autoklawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1

[projekt umowy](#)**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy.**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto **wadliwej części** przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.**

**Odpowiedź:**

Nie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy *Wzoru umowy*.