

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 3

zestaw 1 [zam.: 30.10.2017]2

1

[pakiet 1, poz. 1÷4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w części 5.20 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Predylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź:

Nie.

2

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich,

zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi:

igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm,

długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm,

strzykawka 10 ml z tłokiem,

miniskalpel,

rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm,

rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm,

łącznik prowadzący typu Y,

nasadki iniekcyjne,

umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szyję) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

3

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klemerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24cm i cewnik dwuświatłowy 14 Fr o długości 15 cm, 20cm, 24cm widoczny w RTG.

Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika.

Zestaw z cewnikiem zawiera:

igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,

strzykawkę 5ml,

cewnik PU widoczny w RTG,

dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,

znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038",

dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

zestaw 1

zam.: 30.10.2017 r.

4

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Bardzo proszę o podanie informacji w jakim procencie Zamawiający ma zamiar wykorzystać cewnik dwukanałowy 11,5 a w jakim procencie 13,Fr o podanych długościach podczas realizacji powyższego pakietu?

Odpowiedź:

Według potrzeb Zamawiającego.

5

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 5 cewnik wykonany z Poliurethanu BodySoft odpornego na załamania, dwukanałowy,

średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację,

w zestawie z

igłą wprowadzającą 18G,

przewodnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70cm,

rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR,

2 zatyczkami,

ruchome skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane,

opatrunek do mocowania cewnika,

ramiona proste oraz zakrzywione;

13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm w zestawie 5szt/opak?

Odpowiedź:

Nie.