

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 5*

zestaw 1 [zam.: 23.10.2017] .....	2
zestaw 2 [zam.: 24.10.2017] .....	3
zestaw 3 [zam.: 25.10.2017] .....	4
zestaw 4 [zam.: 26.10.2017] .....	5

1

[pakiet 2, poz. 1](#)

---

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania koreczków dezynfekcyjnych do żeńskich końcówek typu Luer Female?

**Odpowiedź:**

Tak.

1

[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści koreczek sterylny nie nasączony środkiem dezynfekcyjnym?

**Odpowiedź:**

Nie.

2

[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści koreczek luer lock sterylny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga koreczka luer lock sterylnego.

3

[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)

**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**1**[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCap™ stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwiający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**2**[pakiet 2, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w kartonie, które zawiera 350 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodzi się, jeśli zaoferowana liczba będzie zgodna z SIWZ.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.