

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 3*

zestaw 1 [zam.: 12.12.2017] .....	2
zestaw 2 [zam.: 14.12.2017] .....	3

1

[pakiet 3, poz. 2](#)

**Pytanie:**

Prosimy o podanie z jaką diatermią będzie współpracować elektroda, opisana w pozycji 1, tak aby właściwie dobrać kabel elektrody.

**Odpowiedź:**

Typ: Erbe.

1

[pakiet 4, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pulsoksymetru napalcowego do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie Wykonawców?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

2

[pakiet 4, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr napalcowy amerykańskiego producenta, firmy Masimo, spełniający wymagania SIWZ, a nawet w wielu miejscach zdecydowanie je przewyższający o wymiarach 74mm x 41mm x 30mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

3

[projekt umowy: § 5 ust.1 pkt 1\) i 2\)](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 5 ust 1 pkt 1) i 2) w następujący sposób:

- 1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości **0,2 % wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką**, za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości **0,2 % wartości sprzętu wadliwego** za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

4

[projekt umowy: § 8](#)**Pytanie:**

Wnosimy o wykreślenie § 8 lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.