

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 30.01.2018]2

Pytanie:

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający wymaga grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytno-płytkowego umożliwiającego wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 108 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego).

Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,
- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,
- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,
- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego
- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 2 separatory PRP 60ml, każdy posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - PlateletPoorPlasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- PlateletRichPlasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakim-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.
- 2x strzykawka pobraniowa 60ml, 2x strzykawka transportowa 30ml, 2x strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A (antykoagulant), zestaw do pobrania krwi. Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. Końcówki: igła lub spray.

Koncentrat bogatopłytkowy uzyskiwany za pomocą specjalistycznego urządzenia wirującego, dostarczanego wykonawcy na czas trwania Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.