

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 9

zestaw 1 [zam.: 08.05.2018]	2
zestaw 2 [zam.: 09.05.2018]	3
zestaw 3 [zam.: 10.05.2018]	4
zestaw 4 [zam.: 11.05.2018]	7
zestaw 5 [zam.: 11.05.2018]	9

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 5 Zamawiający wymaga zaoferowania koreczków dezynfekcyjnych z końcówkami Luer typu żeńskiego (Female) i typu męskiego (Male) do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania koreczków dezynfekcyjnych z końcówkami Luer typu żeńskiego.

1

[projekt Umowy: § 2, ust. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie uwagi, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)?

Ten wymóg pozwoli na uniknięcie ewentualnych niedomówień oraz na prawidłowe uwzględnienie ewentualnych reklamacji.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopisze, że zamówienie telefoniczne musi być potwierdzone drogą pisemną (mailem lub faxem)?

2

[projekt Umowy: § 2, ust. 1](#)**Pytanie:**

Zamawiający zapisał w tym punkcie, że Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia.

Zważywszy na procedury logistyczne w firmach przewozowych minimalny czas realizacji zamówienia może wynieść 3 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę ww zapisu i wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wydłuża czas dostawy do 3 dni roboczych.

3

[projekt Umowy: § 4, ust. 3](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie:

„przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Nie.

4

[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności poszczególnych elementów systemu i zapewnienia bezpieczeństwa pracy personelu pobierającego wszystkie pozycje oferowanego systemu pobierania krwi (poz. 1-16) pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pakietu 13 były kompatybilne.

1

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Tak.

2

[pakiet 9, poz. 6÷9](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz. 6-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji z pakietów.

3

[pakiet 9, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml, skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

4

[pakiet 9, poz. 8÷9](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

5

[pakiet 12, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji z pakietów.

6

[pakiet 12, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe kolorystyczne – czerwone, typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

7

[pakiet 12, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

8

[pakiet 12, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie jakichkolwiek pozycji z pakietów.

9

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

Odpowiedź:

Nie.

10

[pakiet 9, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

11

[pakiet 9, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Janety 100ml ściętą pod kątem 90°, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

12

[pakiet 9, poz. 14](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne z perforacją na długości 12cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

13

[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści łyżkę do laryngoskopu, światłowodową, jednorazowego użytku, wykonaną ze stali nierdzewnej, ze światłowodem zatopionym w mocowaniu łyżki wykonanym z tworzywa sztucznego (poliacetal - Delrin) o wysokiej sztywności i doskonałej stabilności, z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki, symbolem „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) naniesionymi na tylnej stronie mocowania łyżki, w opakowaniu folia-papier, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

14

[pakiet 8, poz. 2](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 2 dopuści łyżkę w rozmiarach Miller 00, 0 i 1 oraz Macintosh: 2, 3 i 4, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

1**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowy znajdowała się nazwa producenta oraz rok produkcji.

Odpowiedź:

Nie.

2*pakiet 9, poz. 1÷11***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

3*pakiet 9, poz. 2÷5***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze cylindra o kontaktującym odcieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

4*pakiet 9, poz. 5***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowana po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

5*pakiet 9, poz. 8÷9***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

6*pakiet 9, poz. 10***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny pokrętko w kolorze białym z możliwością podawania lipidów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

7*pakiet 12, poz. 1÷3***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

8*pakiet 1, poz. 1***Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Tak.

Zgodnie z zapisami specyfikacji

„Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji”.

9

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

- 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego oraz do intubacji, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?
- 2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest zgodna z rekomendacją EU.
- 3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

10

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł do pobierania leków sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

11

[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści do laryngoskopu światłowodowego, zasilanej baterijnie, zgodnej z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

12

[pakiet 8, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z: 2 łyżek światłowodowych typu Macintosh wykonanych ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, wytrzymały zatrzask kulkowy, światłowód z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło, wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. rozmiary: Nr 3 (130x17mm), Nr 4 (155x17mm), rękojeści do laryngoskopu światłowodowego, zasilanej baterijnie, zgodnej z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji; do wyboru Zamawiającego dostępne dwa rozmiary rękojeści: standardowa lub krótka.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

1

*pakiet 1, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków w opakowaniach handlowych=100szt., co pozwoli na złożenie Wykonawcom korzystniejszej oferty?

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Zgodnie z zapisami specyfikacji

„Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, w takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji”.

2

*pakiet 3, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 6ml, o następującym składzie:

SKŁADNIKI

100 gram żelu zawiera;

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę (lubrykant)
- 2g chlorowodrek lidokainy (środek znieczulający miejscowo)
- 0.250g glukonian chlorohexydyń –stężenie 20% (środek antyseptyczny)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu (środek antyseptyczny)
- 0.025g hydroksybenzoat propylu (środek antyseptyczny) ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.