

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 7

zestaw 1 [zam.: 22.06.2018]	2
zestaw 2 [zam.: 26.06.2018]	4

1

[pakiet 9, poz. 2](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu monitora Nihon Kohden do którego ma pasować kabel główny EKG ?

Odpowiedź:

BSM-6501K

2

[pakiet 9, poz. 4](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika typu klips na ucho (3 metry czujnik bezpośredni czy 1,5 metra)

Odpowiedź:

1,5 metra

3

[pakiet 9, poz. 4](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o modelu monitora Nihon Kohden do którego ma pasować czujnik ?

Odpowiedź:

BSM-6501K

4

[pakiet 9, poz. 10](#)**Pytanie:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o typie zakończenia czujnika (piankowa czy klejowa)?

Odpowiedź:

Typ zakończenia czujnika: piankowa.

5

[pakiet 9, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowych mankietów na ramie do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej, **dl. 25cm - 35cm** ; kompatybilny z monitorem Nihon Kohden.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

6

[pakiet 9, poz. 7](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu wodoszczelności czujnika SpO2.

Używanie tego typu asortymentu pod wodą jest niebezpieczne i niemożliwe.

Jeżeli zamawiającemu chodziło o sposób czyszczenia to informujemy, że czujniki nasze, jak wskazuje instrukcja, można oczyścić miękką szmatką medyczną zmoczoną w wodzie lub medycznym roztworze czyszczącym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7

[pakiet 9, poz. 1, 11, 12](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 9 wydzieli pozycje: 1,11,12 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8

[pakiet 9](#)**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego z uwagi na niejednorodny charakter produktów o dopuszczenie składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9

[pakiet 17, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Elektrod kończynowych klamrowych dla dorosłych pakowanych w nierozrywanych opakowaniach po 4 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

10

[pakiet 17, poz. 9](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Adapterów zakończeń EKG – przejściówek z drenem z końcówkami banan i klamra pakowanych w nierozrywanych opakowaniach po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

11

[pakiet 17, poz. 8, 9, 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 17 wydzieli pozycje: 8,9,10 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie.

Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

12

[pakiet 17](#)**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego z uwagi na niejednorodny charakter produktów o dopuszczenie składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13

[pakiet 18, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie wielorazowych mankietów do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. **Obwód kończyny pacjenta: 25,0 – 35,0cm** , kompatybilny z kablem głównym do kardiomonitора Philips IntelliVue MP30.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

1

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m obsadka średnicy 4mm, kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty SIWZ.

2

[pakiet 5, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej prostej 3x28mm, długość 66mm, trzpień o przekroju 4 mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty SIWZ.

3

[pakiet 5, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igłowej, prostej 1x22 mm, długość 62 mm, o przekroju trzpienia 4mm; kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty SIWZ.

4

[pakiet 5, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Sterylne czyściki do elektrod 42x42mm z folią samoprzylepna., opakowanie 50 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty SIWZ.

5

[pakiet 5, poz. 7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej dzielonej elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, dzielona powierzchnia przewodząca 90cm², powierzchnia przewodząca dzielona po obwodzie elektrody, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć, powierzchnia pianki pokryta klejem absorbującym wilgoć, klej i żel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu (ekwipotencjalny), elektrody neutralne kompatybilne z generatorami ERBE ICC 300 oraz VIO , kompatybilność potwierdzona deklaracją zgodności producenta , opakowanie handlowe 100szt elektrod.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6

[pakiet 15, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej) o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7

[pakiet 15, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8

[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w **pakiecie nr 6** ostrzy do dermatomu GB22 do oddzielnego pakietu.

Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy producentem w/w ostrzy uniemożliwia nam obecny zapis pakietu nr 6 (połączenie ostrzy z drutami Kirschnera) udział w organizowanym przez Państwa postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał korekty SIWZ.

9

[pakiet 19, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany w zakresie od 3 do 10 ml z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samo domykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,21 µm potwierdzona w badaniach producenta, czysty biologicznie, w zestawie dren 210 cm zakończony łącznikiem do nebulizatora kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10

[wzór Umowy, pakiety: 9 i 10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy **do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11

[wzór Umowy, pakiety: 9 i 10](#)**Pytanie:**

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązek potwierdzenia zamówień składanych telefonicznie również w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować czy osoba składająca zamówienie telefonicznie jest do tego upoważniona, nie ma możliwości także na weryfikacji daty złożenia zamówienia, a co za tym idzie terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

12

[pakiet 9, poz. 11 i 12](#)**Pytanie:**

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 9 niżej wymienionych pozycji nr 11 i 12 do odrębnego pakietu:

- Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z monitorem Nihon Kohden. Opakowanie 10 sztuk.
- Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, FloTrac. Opakowanie 5 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13

[pakiet 15, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie:

jednorazowy obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych gładki wewnętrznie średnica 22 mm o długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y w zestawie **giętki łącznik** do użytku z respiratorem Puritan Bennett 7200, mikrobiologiczne, opakowanie folia –folia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14

[pakiet 15, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie:

wymiennik ciepła i wilgoci z portem tlenowym uniwersalnym, obrotowym, dwumembranowy, masa 8g, sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

15

[pakiet 15, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie:

filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: powyżej 99.999% , objętość wewnętrzna 63 ml, waga 36 g, opór przepływu nie większy niż 3,2 cm H₂O /60 l /min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godz., port kapno, sterylny, opakowanie typu blister pack.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16

[pakiet 15, poz. 4](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie:

filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze, skuteczność filtracji nie mniej niż 99.9999% w naturalnym dla pacjenta wilgotnym środowisku, objętość 120 ml, opór przepływu nie większy niż 1, 8 cm H₂O/60L/min, czas stosowania do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17

[pakiet 15, poz. 5](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie:

dreny-linie do pomiaru kapnometrii do podłączenia do filtrów oddechowych. Długość minimum 300 cm. Mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

18

[projekt Umowy, § 9](#)**Pytanie:**

Wnosimy o wykreślenie §9 lub jego zmianę tak by otrzymał on treść:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

19

[pakiet 16, poz. 1 i 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 16 poz. 1 i 3 w celu utworzenia oddzielnego Pakietu?

Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.