

CLO/ZP/53/2019

Pytanie 1

Dotyczy specyfikacji technicznej dostawy urządzeń (Załącznik nr 10 do SIWZ):

W części II **System SPECT, poz. 1** zamawiający wymaga zaoferowania kryształów rodzaju CZT (CdZnTe). Kryształy w technologii CZT (CdZnTe) oferuje jedynie dwóch producentów systemów SPECT/CT na świecie. Jest to technologia nowoczesna, jednak jej zastosowanie nie przesądza o jakości systemu SPECT. Z tego względu, bezwzględne wymaganie zaoferowania wyłącznie tego rodzaju kryształów znacząco ogranicza konkurencję w postępowaniu. Systemy wykorzystujące inne rodzaje kryształów mogą w niektórych przypadkach posiadać nawet lepsze parametry oraz funkcjonalności.

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj kryształów w detektorach systemu SPECT?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

