

CLO/ZP/53/2019

Pytanie 1

Dot. ZP5319zm-zał 11, pkt 2: Miernik mocy dawki, poz. 13: Automatyczny pomiar tła z możliwością subtrakcji w czasie pomiaru.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie niniejszego wymagania. Miernik mocy dawki, jest przyrządem dozymetrycznym z licznikiem Geigera-Müllera, przeznaczonym do pomiaru i sygnalizowania promieniowania jonizującego X i gamma w jednostkach przestrzennego równoważnika mocy dawki. Miernik mocy dawki służy do pomiaru zmiany dawki w jednostce czasu. Funkcja pomiaru tła z możliwością jego subtrakcji nie jest w tym przypadku zasadna.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tego wyganiania. Miernik mocy dawki, poz. 13: Automatyczny pomiar tła z możliwością subtrakcji w czasie pomiaru.

Obowiązująca treść załącznika nr 11 do SIWZ znajduje się na stronie Zamawiającego.

