

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 4*

zestaw 1 [zam.: 16.05.2019] .....	2
zestaw 2 [zam.: 17.05.2019] .....	3
zestaw 3 [zam.: 20.05.2019] .....	4

## zestaw 1

zam.: 16.05.2019 r.

**1**[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o doprecyzowanie czy przez 1000 sztuk zamawiający rozumie tyle kompletów składających się z ampułki w pakiecie + ampulka kontroli pozytywnej czy też 500 ampulek w pakietach + 500 ampulek kontroli pozytywnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na 1.000 kompletów.

**2**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści testy ze wskaźnikiem zmieniającym przebarwienie z koloru fioletowego na zielony.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający zmienił zapisy specyfikacji.

**3**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk?  
Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź:**

Nie.

**4**[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk?  
Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź:**

Tak.

**1**[pakiet 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści do oceny rękawy o długości 100 m (zamiast 70 m) rolka?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

**2**[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści do oceny testy pakowane po 125 szt. zamiast 250?

**Odpowiedź:**

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego. W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.

1

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycji 1 dopuszcza fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlakiem wodoru pakowany po 30sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Wykonawca może wycenić produkt w opakowaniu innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego. W takim przypadku należy dokonać przeliczeń tak, aby liczba sztuk była zgodna z zapisami specyfikacji.