

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 8*

zestaw 1 [zam.: 25.07.2019] .....	2
zestaw 2 [zam.: 26.07.2019] .....	3
zestaw 3 [zam.: 29.07.2019] .....	5
zestaw 4 [zam.: 30.07.2019] .....	6

1

[pakiety 4, poz. 7](#)

---

**Pytanie:**

Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 4 poz. 7 – worek kaczka na mocz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**1***[pakiet 15](#)***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy pulsoksymetr o poniższych parametrach:

urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru pulsu i SpO<sub>2</sub> u pacjenta.

Urządzenie składające się z jednostki centralnej, podstawki do ładowania pulsoksymetru oraz czujnika.

- zakres pomiaru SpO<sub>2</sub>: 70-100%
- zakres pomiaru pulsu: 18-300 ud./min
- rozdzielczość pulsu: 1 ud./min
- alarm dla SpO<sub>2</sub>, Puls, niskie napięcie
- możliwość ustawienia zakresów alarmów dla wartości pulsu i SpO<sub>2</sub>
- przechowywanie danych z ostatnich 96 godzin.
- wbudowana bateria do ładowania o czasie pracy 24 godziny.
- wyświetlacz kolorowy LCD TFT o przekątnej ekranu 2,4", w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu wyświetlana wartość pulsu i SpO<sub>2</sub>, kształt fali oraz słupek pulsu.
- uchwyt ułatwiający przenoszenie w formie paska,
- w zestawie: dwa czujniki napalcowe SpO<sub>2</sub> dla dorosłych,

Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ

**2***[pakiet 4, poz. 6](#)***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 250 mm x 135 mm x 40 mm, o pojemności 700 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**3***[pakiet 5, poz. 1÷3](#)***Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu?

Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**4***[pakiet 6, poz. 2÷3](#)***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**5***[pakiet 6, poz. 2÷3](#)***Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści dreny o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**6***[pakiet 13, poz. 1](#)***Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycji 1 wymieniając wskaźnik naładowania baterii oczekuje wskaźnika, który w sposób łatwy i czytelny pozwoli użytkownikowi stan naładowania baterii, jak np. 5 stopniowy wskaźnik led?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

7

[pakiet 13, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycji 1 oczekuje czasu ładowania w pełni rozładowanej baterii max 4h?

Baterie zastosowane w strzygarkach chirurgicznych zwykle posiadają czas pełnego ładowania 3-4 godziny, ale są też przestarzałe modele, które wymagają 12-24 godzinnego ładowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

8

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga laryngoskopu z zabudowanym światłowodem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

9

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z zasilaniem baterijnym 2.5V?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

**1***pakiet 15***Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie czasu pracy na akumulatorze min. 8h

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**2***pakiet 4, poz. 2 i 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu?

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**3***pakiet 6, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu?

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**4***pakiet 6, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się maskę tlenową do średniej koncentracji tlenu o anatomicznym kształcie, wykonaną z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowym łącznikiem, drenem o długości min. 2,0m, o przekroju gwiazdkowym z łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego, sterylną, pakowaną pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza produkt sterylny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**5***pakiet 6, poz. 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza produkt sterylny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

1

[pakiet 14, regulator próżni](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby regulator próżni posiadał system szybkiego odcinania siły ssania za pomocą przycisku On/Off?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taką formę szybkiego odcięcia siły ssania.

2

[pakiet 14, regulator próżni](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby pułapka wodna była wyposażona w wewnętrzny filtr antybakteryjny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3

[pakiet 14, regulator próżni](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik pułapki wodnej miał możliwość sterylizacji w temperaturze 134 ° C przez 18 min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

4

[pakiet 14, regulator próżni](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby regulator miał możliwość szybkiego i precyzyjnego podłączenia pułapki wodnej, za pomocą gwintu ISO G. 1/2" M. który posiada szybki system sprzęgający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga kompletnego funkcjonującego zestawu.

5

[pakiet 14, dozownik tlenu](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby, dozownik posiadał możliwość podłączenia jednorazowych butelek nawilżacza, bez konieczności stosowania adapterów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6

[pakiet 14, dozownik tlenu](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby dozownik posiadał zakres regulacji od 0 do 15 l/min z dokładnością do +/- 10 %?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

7

[pakiet 14, dozownik tlenu](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dozownik był przystosowany do pracy w ciśnieniu roboczym 280-600 kPa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8

[pakiet 14, dozownik tlenu](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dozownik posiadał 10 skoków regulacji przepływu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

9

[pakiet 5, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Kieliszki do leków, plastikowe, transparentne, jednorazowe, przeznaczone do podawania leków w postaci tabletek oraz w postaci płynnej, z zewnętrzną skalą, poj. 25-35 ml. Opakowanie zbiorcze 75 sztuk.

Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk).?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

10

[pakiet 5, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

11

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści ścierkę do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczna, wstępnie nawilżona o minimalnych wymiarach 15 x 20 cm.

W składzie minimum: niewymagający splukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu i witaminą E lub innych substancji nawilżających i łagodzących podrażnienia skóry, bez lateksu, w opakowaniu z możliwością wielokrotnego zamykania, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

12

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w jednym opakowaniu 10 lub 12 myjek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

13

[pakiet 7, poz. 1, 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści VAT 23 %?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z korektą SIWZ.

14

[pakiet 7, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu minimum: szczoteczkę do zębów z odsysaniem oraz jednorazową saszetkę/pojemniczek z bezalkoholowym płynem do płukania jamy ustnej z minimum. 0,12% roztworem chlorheksydyny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

15

[pakiet 7, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga szczotek z możliwością odsysania?

**Odpowiedź:**

Nie.

16

[pakiet 7, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Proszek żelujący w saszetkach zmieniający substancję płynną w masę stałą (żelową). Waga jednej saszetki 6 g.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

17

[pakiet 10, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści Resuscytator wielorazowy dla dorosłych, objętość worka minimum 1500 ml, wykonany z wysokiej jakości silikonu i tworzywa umożliwiającego sterylizację (bez rezerwuaru tlenu) w autoklawie w temperaturze 134 °C, w komplecie co najmniej: wielorazowa maska twarzowa dla dorosłych(nr 5 lub 6), rezerwuar tlenu, przewód tlenowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby sterylizacji mógł być poddany cały resuscytator nie rezerwuar tlenu.

18

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści łyżki w komplecie 3,4 i rękojeść?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

19

[pakiet 7, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zestaw do toalety jamy ustnej z odsysaniem w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) ma być zarejestrowany do klasy IIa?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z korektą SIWZ.

20

[pakiet 7, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed jego otwarciem poprzez wyciśnięcie torebki (saszetki) wewnątrz opakowania, co pozwala na utrzymanie wszystkich akcesoriów wewnątrz opakowania przed ich użyciem i wpływa na ograniczenie ryzyka kontaminacji przy użyciu zestawu, a tym samym zakażeń krzyżowych, poprzez ograniczenie powierzchni roboczej do samego opakowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

21

[pakiet 7, poz. 1, 2, 4, 5](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaferowania produktów objętych stawką VAT 23%, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z korektą SIWZ.