

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 04.10.2019]2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 1**

Profesjonalny, sterylny (podwójna sterylizacja, certyfikowany (unijny certyfikat wyrobu medycznego wyprodukowanego w Polsce) zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Zestaw umożliwia przygotowanie autologicznego koncentratu bogatoleukocytarne – płytkowego z czynnikami wzrostu z krwi obwodowej pacjenta, z 20 ml krwi uzyskuje się minimum 8 ml koncentratu.

Z zestawem dostarczane jest specjalistyczne urządzenie wirujące na czas trwania umowy.

System zawiera wszelkie niezbędne elementy do przygotowywania PRP bez ponoszenia kosztów Szpitala w celu wykonania zabiegu tj.:

- Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek)
- 5 ml antykoagulantu Citra-Lock
- Tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock (20 ml)
- korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem
- 1 strzykawka do podania PRP 5 ml
- 1 strzykawka do podania PPP 10 ml
- 2 x igła 08x40mm do podania osocza
- 2 x igła 04x 19mm do podania osocza
- mata sterylna
- jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu
- podstawka do tuby separującej.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt jest zgodny z opisem SIWZ.