

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 23.10.2019]2

1*pakiet 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 4** Zino Dr. A, konfekcjonowane w opakowaniu 125g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2*pakiet 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 4** Zino Dr., konfekcjonowane w opakowaniu 125g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3*pakiet 2, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania?

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4*pakiet 8***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii ratunkowej wykonanej z polipropylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5*pakiet 9***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mocowania stabilizującego rurkę intubacyjną bez przylepców przyklejanych do policzków pacjenta, z paskiem nie pokrytym klejem?

Stabilizator ten jest regulowany, posiada:

- uniwersalny uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej
- specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu stabilizowanej rurki
- rzepy umożliwiające sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora
- przyjazne dla pacjenta wykończenia zwiększające komfort użytkowania
- dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej oraz wprowadzenie sądy żołądkowej?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.