



dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/32/2020

### **Pytanie 1**

#### **dotyczy pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnej (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodrek lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z końcówką o długości ok. 2 cm (opakowanie a'25 sztuk) z podziałką o 6ml (6g)?

#### **Odpowiedź**

Nie. Zamawiający oczekuje żelu zawierającego w składzie 2% chlorowodrek lidokainy i **0,05%** dwuglukonian chlorheksydyny.

### **Pytanie 2**

#### **dotyczy pakiet nr 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, posiadającego wzmocnienie z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Fartuch posiada miękkie poliestrowe mankiety, jest wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Długość troków 30 cm i 65cm. Fartuch przy szyi zapinany na rzep, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w wymiarach 30,5cm x 34cm o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>. Zestaw owinięty w papier krepowy.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, GPS: 50.30504°N, 19.02953°E

REGON 272165010, NIP 643-10-05-873

centrala 32 229 20 00 / biuro dyrektora 32 735 76 00 / fax 32 735 76 03 / e-mail: clo@clo.com.pl

konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



Odporność na przenikanie cieczy >100cm H<sub>2</sub>O. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne, zawierające m.in. nr serii oraz datę ważności.

### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

### **Pytanie 3**

#### **dotyczy pakiet nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm wykonana z włókniny poliestrowej pokrytej hipoalergicznym klejem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

**Serweta na stolik MAYO**, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

**Serweta na stół instrumentariuszki**, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm), będąca również owinięciem zestawu.

**Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni** PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej **+ lata chłonna** o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>.

Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności służące do archiwizacji danych.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

### **Pytanie 4**

#### **dotyczy pakiet nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

1 taśma przylepna 9 x 50 cm wykonana z włókniny poliestrowej pokrytej hipoalergicznym klejem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

**Serweta na stolik MAYO**, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

**Serweta na stół instrumentariuszki**, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm), będąca również owinięciem zestawu.

**Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni** PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej **+ łata chłonna** o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>.

Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności służące do archiwizacji danych.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

### **Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

