



dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/32/2020*

### **Pytanie 1**

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ wraz z Formularzem ofertowym. Obowiązująca treść SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.

### **Pytanie 2**

Pakiet 1, poz. 2-9

Czy zamawiający wydzieli poz.2-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

### **Odpowiedź**

Pakiet 1 obejmuje jedynie jedną pozycję.

### **Pytanie 3**

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5 ml?

### **Odpowiedź**

Pakiet 1 obejmuje jedynie jedną pozycję. Jeśli Wykonawcy chodziło o Pakiet 9 poz. 4 to Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

---

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, GPS: 50.30504°N, 19.02953°E

REGON 272165010, NIP 643-10-05-873

centrala 32 229 20 00 / biuro dyrektora 32 735 76 00 / fax 32 735 76 03 / e-mail: clo@clo.com.pl

konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



**Pytanie 4**

Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 1 ml?

**Odpowiedź**

Pakiet 1 obejmuje jedynie jedną pozycję. Jeśli Wykonawcy chodziło o Pakiet 9 poz. 5 to Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 5**

Pakiet 1, poz. 6,8-9

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź**

Pakiet 1 obejmuje jedynie jedną pozycję. Jeśli Wykonawcy chodziło o Pakiet 9 poz. 6, 8-9 to Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 6**

Pakiet 1, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź**

Pakiet 1 obejmuje jedynie jedną pozycję. Jeśli Wykonawcy chodziło o Pakiet 9 poz. 2-5 to zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby tłok był „kontrastujący”, czyli inny niż pozostała część przedmiotu.

**Pytanie 7**

Pakiet 12, poz. 2-3

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 2 i 3 z Pakietu 12.

### **Pytanie 8**

Pakiet 12, poz. 2

- Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm?
- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
- Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
- Czy zamawiający dopuszcza dren o dł. równej 150 cm?

### **Odpowiedź**

Pkt 1 - Tak. Zgodnie z SIWZ długość komory min. 9cm.

Pkt 2 - Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

Pkt 3 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pkt 4 - Tak. Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 9**

Pakiet 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza dren o długości równej 150 cm?

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny?

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### **Odpowiedź**

Pytanie 1 - Tak. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3 - Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 4 - Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SIWZ.



