

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 04.02.2020] 2

1

[pakiet 4](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic chirurgicznych, bezlateksowych, sterylnych, bezpudrowych, wykonanych z poliizoprenu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, **wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana bez struktury sieci.**

Długość rękawicy: min. 296mm; max. 305mm

Rękawice dostępne w rozmiarach 6.0-9.0

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2

[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic chirurgicznych sterylnych, syntetycznych, bezpudrowych, wykonanych z poliizoprenu, mankiet rolowany, **powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana**, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana.

Grubość na palcu: 0,27mm-0,28mm; na dłoni 0,22mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3

[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic chirurgicznych sterylnych, bezpudrowych, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z powłoką nawilżającą.

Grubość na dłoni 0,19mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice nitylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, grubość na palcach 0.16-0.18mm, na dłoni 0.13-0.14mm, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość rękawic z mankietem min. 290mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, dopuszczone do kontaktu z żywnością, AQL 1.5, rozmiar: M, L - pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.