

## SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 3*

zestaw 1 [zam.: 13.07.2020] .....	2
zestaw 2 [zam.: 14.07.2020] .....	3

## zestaw 1

zam.: 13.07.2020 r.

**1**[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie RĘKAWU TYVEK o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie RĘKAWU TYVEK o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**2**[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie RĘKAWU TYVEK o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie RĘKAWU TYVEK o długości 100 m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**3**[projekt umowy: § 6, ust. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

1

SIWZ

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz art. 24 ust. 11 PZP:

*Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy przystąpili do postępowania przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do siwz).*

*Zamawiający dopuszcza przesłanie w/w oświadczenia faxem lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału oświadczenia.*

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.*

2

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3

*pakiet 1, poz. 1 i 2: Parametry techniczne***Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na wskaźnikach chemicznych do sterylizacji plazmowej z pakietu 2 poz. 2, np. z koloru różowego na niebieski?

Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego procesu sterylizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

4

*pakiet 2, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

5

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu?

Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisami SIWZ.