

Nr sprawy: CLO/ZP/37/2021

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również - SWZ)**

Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdził dnia 20.10.2021 r.

.....

Dane do SWZ przygotował/-a: Katarzyna Trocha

SWZ sporządziła: Danuta Sowa

CLO/ZP/37/2021

Rozdział 1

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873

REGON 272165010

tel.: (32) 735-76-30

faks: (32) 735-76-03

E-mail: przetargi@clo.com.pl

Godziny urzędowania - 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.clo.com.pl

Rozdział 2

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

adres strony internetowej: www.clo.com.pl

Rozdział 3

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Rozdział 4

Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział 5

Opis przedmiotu zamówienia:

5.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

33 19 80 00-4 – szpitalne wyroby papierowe

33 69 63 00-8 – odczynniki chemiczne

33 19 00 00-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

5.2. Przedmiot zamówienia:

Materiały i testy do sterylizacji

Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 pakietów.

Pakiet 1

1. Włóknina zielona 90cm x 90cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, wytrzymała na rozerwania do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Ilość: 1.350 arkuszy.
2. Włóknina zielona 100cm x 100cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Ilość: 750 arkuszy.
3. Włóknina 90cm x 90cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz. 1 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Ilość: 1.500 arkuszy.
4. Włóknina 100cm x 100cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz.2 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Ilość: 750 arkuszy.
5. Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m², możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, rozmiar 120 x 120 cm. Ilość: 480 arkuszy.
6. Wykonane z celulozy wkładki absorpcyjne 300mm x 500mm (do tac narzędziowych poddawanych procesowi sterylizacji w parze wodnej w zakresie temperatur 121 – 134 stopni) stosowane w celu pochłaniania kondensatów podczas autoklawowania. Ilość: 1.500 arkuszy.

Pakiet 2

1. Rękaw papierowo - foliowy szer 50 mm dł 200m*. Ilość: 11 rolek.
2. Rękaw papierowo - foliowy szer 75 mm dł 200m*. Ilość: 8 rolek.

3. Rękaw papierowo - foliowy szer 100 mm dł 200m*. Ilość: 45 rolek.
4. Rękaw papierowo - foliowy szer 120 - 125 mm dł 200m*. Ilość: 10 rolek.
5. Rękaw papierowo - foliowy szer 150 mm dł 200m*. Ilość: 10 rolek.
6. Rękaw papierowo - foliowy szer 200 mm dł 200m*. Ilość: 15 rolek.
7. Rękaw papierowo - foliowy szer 250 mm dł 200m*. Ilość: 30 rolek.
8. Rękaw papierowo- foliowy szer 400 mm dł 200m*. Ilość: 23 rolki.

* Rękawy papierowo- foliowe płaskie o długości 200m ze wskaźnikiem chemicznym do S/EO. Papier rękawa o gramaturze w zakresie od 60 do 70g/m² min 3 kanały termozgrzewcze. Napisy i wskaźniki umieszczone od strony folii.

Pakiet 3

1. Metkownica trzyrzędowa numeryczna. Nadruk w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami (etykieta o wymiarach nie przekraczających 28mm x 29mm). Kompatybilna z etykietami z pozycji 3. Ilość: 1 sztuka.
2. System dokumentacji kontroli sterylizacji w postaci kopert. Liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie 10 – 16. Miejsce na zapisy decyzji w sprawie dopuszczenia sterylizatora do pracy oraz zwolnienia każdego wsadu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Ilość: 400 sztuk.
3. Etykiety podwójnie samoprzylepne trzyrzędowe bez wskaźnika kompatybilne z metkownicą z pozycji 1, 500 szt. na rolce. Ilość: 200 rolek.
4. Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej kompatybilny z metkownicą z pozycji 1. Ilość: 5 sztuk.

Pakiet 4

1. Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenu etylenu. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego, tj . ATTEST AUTO READER 390G. Ilość: 550 sztuk.
2. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiającego Attest Auto Reader 390. Ilość: 1.400 zestawów.
3. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiającego Attest Auto Reader 490. Ilość: 700 zestawów.
4. Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtleniem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego, tj. ATTEST AUTO- READER 490. Ilość: 1.100 sztuk.
5. Naboje gazowe do posiadanego przez zamawiającego sterylizatora gazowego 3M do modelu 5XL zawierające 100 gram czystego EO zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Ilość: 240 sztuk.
6. Papier do drukarki sterylizatora Steri Vac 5XL 79mm x 30mm. Ilość: 5 rolek.

Pakiet 5

1. Taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika odporna na warunki sterylizacji parą wodną. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce. Ilość: 100 rolek.
2. Taśma ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną z naniesioną warstwą kleju. Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach – nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce. Ilość: 10 rolek.

Pakiet 6

1. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. Ilość: 15.360 sztuk.
2. Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji nadtleniem wodoru. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. Ilość: 13.200 sztuk.
3. Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości do 10cm (pole testowe wskaźnika podzielone na dwie strefy: odrzucenie i akceptacja)

- do zastosowania we wszystkich cyklach parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Ilość: 7.000 sztuk.
4. Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. Ilość: 600 sztuk.
 5. Wskaźnik typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121 stopni / 20 minut) do stosowania z przyrządem PCD *. Ilość: 1.450 sztuk.
 6. Wskaźnik chemiczny typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121 stopni / 20 minut) Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji. Ilość: 5.000 sztuk.
 7. Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie Dick (134 stopnie, 3min 30 sek.) nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary wodnej. Ilość: 550 pakietów.

**przyrząd PCD do każdego opakowania testów.*

Pakiet 7

1. Test kontroli dezynfekcji termicznej (93 stopnie /10 minut). Integracja krytycznych parametrów procesu (czas i temperatura) powoduje jednoznaczna zmianę barwy w polu testowym. Ilość: 1.200 sztuk.
2. Wskaźnik skuteczności mycia maszynowego w myjni dezynfektorze. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona na arkusz warstwowo i nierównomiernie. Ilość: 2.600 sztuk.
3. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek do rękawów papierowo – foliowych. Ilość: 1.000 sztuk.
4. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek opakowań Tyvek. Ilość: 500 sztuk.
5. Plomby plastikowe bez wskaźnika do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych. Ilość: 4.000 sztuk.
6. Przezroczyste osłonki do zabezpieczania ostrych narzędzi, szerokość 15mm. Ilość: 6.000 sztuk.

Pakiet 8

1. Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 100mm długość 100m*. Ilość: 3 rolki.
2. Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 200mm długość 100m*. Ilość: 3 rolki.
3. Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 250mm długość 100m*. Ilość: 20 rolek.
4. Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 350mm długość 100m*. Ilość: 20 rolek.

** Rękaw Tyvek ze wskaźnikiem VH202 - płaski, bezcelulozowy – gramatura min 74 g/m², zgrzew minimum 3 kanały, wyraźnie nadrukowany wskaźnik procesu.*

Pakiet 9

1. Kaseta z nadtleniem wodoru (20 cykli z jednej kasety) kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez zamawiającego (Crystal 50). Ilość: 20 sztuk.

Pakiet 10

1. Wskaźnik do sterylizacji radiacyjnej promieniami gamma, wskaźnik procesu w formie okrągłych nalepek. Zdecydowana zmiana barwy po ekspozycji. Ilość: 5.000 sztuk.

Pakiet 11

1. Papier termoczuły szerokość 112mm dł. 25m do rejestracji procesów w sterylizatorach Securex / Unisteri / Selectomat/ Formomat/ Sterivap. Trwałość zapisu do 10 lat. Ilość: 11 rolek.

5.3. Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów.

5.4. Przedmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Rozdział 6

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Rozdział 7

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

Rozdział 9

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp:

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział 10

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 11

Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 12

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.

Rozdział 13

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

13.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w *Regulaminie korzystania z systemu miniPortal* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.

13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

13.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „*Formularz do komunikacji*” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się **numerem sprawy**.

13.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl

13.3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „*Formularza do komunikacji*” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 13.3.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

13.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie w zdaniu drugim, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział 14

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 15

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Danuta Sowa email przetargi@clo.com.pl

Rozdział 16

Termin związania ofertą:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **26.11.2021r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 17

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Przygotowanie oferty:

17.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Pzp.

17.1.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

17.1.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

17.1.4. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

17.1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

17.1.6. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

17.1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „*Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” oraz do „*Formularza do komunikacji*”.

17.1.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „*Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” oraz „*Formularza do komunikacji*” wynosi 150 MB.

17.1.9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.1.10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

17.1.11. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (**załącznik nr 2 do SWZ**) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

17.1.12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.11, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

17.2 Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

17.3. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

17.4. Postanowienia dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

17.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

17.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

17.5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 17.5.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.

17.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.6. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 18

Sposób oraz termin składania ofert:

18.1. Sposób składania ofert:

18.1.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „*Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

18.1.2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

18.1.3. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

18.1.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

18.1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

18.1.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „*Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku*” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

18.1.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

18.2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 29.10.2021r. do godz. 8⁰⁰**.

Rozdział 19

Termin otwarcia ofert:

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 29.10.2021 r., o godzinie 9⁰⁰**.

19.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

19.3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

19.4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

19.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

Rozdział 20

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

- 20.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
- 20.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział 21

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy.

Rozdział 22

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Rozdział 23

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 24

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej SWZ i projekcie umowy.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty brutto dla każdego Pakietu należy obliczyć w następujący sposób:

W każdym wierszu cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość co da wartość netto, następnie do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Wartości brutto poszczególnych wierszy należy zsumować. Suma wierszy daje wartość Pakietu.

Rozdział 25

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 26

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 27

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

	Kryterium	Waga	Sposób obliczenia
1.	A - Cena	100	$A = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$

Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 28

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 29

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Rozdział 30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 31

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 32

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

- 32.1.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 32.2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 32.3.** Odwołanie przysługuje na:
 - 32.3.1.** niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 32.3.2.** zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
 - 32.3.3.** zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
- 32.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
- 32.5.** Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 32.6.** Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.7.** Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 32.7.1.** 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 32.7.2.** 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 32.7.1.
- 32.8.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 32.9.** Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 32.7 i 32.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 32.10.** Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 32.11.** Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
- 32.12.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

Załączniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
2. Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ)
3. Projekty umów (załączniki nr 3 do SWZ)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-00
faks: (32) 735-76-03
adres strony internetowej: www.clo.com.pl
E-mail: clo@clo.com.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** jest **Jakub Kozioł** kontakt: **iodo@clo.com.pl**, telefon: **32 73 57 610**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **CLO/ZP/37/2021** prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmując cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- **w przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- **wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa

Adres

REGON NIP

Telefon e-mail

adres skrzynki ePUAP

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

- mikroprzedsiębiorstwo,
 małe przedsiębiorstwo,
 średnie przedsiębiorstwo,
 jednoosobowa działalność gospodarcza,
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 inny rodzaj.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
podpis Wykonawcy

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

l.p.	Pakiet 1	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Włóknina zielona 90cm x 90cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, wytrzymała na rozerwania do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.	arkusz	1.350				
2	Włóknina zielona 100cm x 100cm nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.	arkusz	750				
3	Włóknina 90cm x 90cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz. 1 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.	arkusz	1.500				
4	Włóknina 100cm x 100cm w kolorze kontrastującym z włókniną z poz.2 nietoksyczna, niepyląca, antystatyczna, do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.	arkusz	750				
5	Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m ² , możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, rozmiar 120 x 120 cm	arkusz	480				
6	Wykonane z celulozy wkładki absorpcyjne 300mm x 500mm (do tac narzędziowych poddawanych procesowi sterylizacji w parze wodnej w zakresie temperatur 121 – 134 stopni) stosowane w celu pochłaniania kondensatów podczas autoklawowania.	arkusz	1.500				
RAZEM							

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 2	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Rękaw papierowo - foliowy szer 50 mm dł 200m*	rolka	11				
2	Rękaw papierowo - foliowy szer 75 mm dł 200m*	rolka	8				
3	Rękaw papierowo - foliowy szer 100 mm dł 200m*	rolka	45				
4	Rękaw papierowo - foliowy szer 120 - 125 mm dł 200m*	rolka	10				
5	Rękaw papierowo - foliowy szer 150 mm dł 200m*	rolka	10				
6	Rękaw papierowo - foliowy szer 200 mm dł 200m*	rolka	15				
7	Rękaw papierowo - foliowy szer 250 mm dł 200m*	rolka	30				
8	Rękaw papierowo- foliowy szer 400 mm dł 200m*	rolka	23				
Razem							

* Rękawy papierowo- foliowe płaskie o długości 200m ze wskaźnikiem chemicznym do S/EO. Papier rękawa o gramaturze w zakresie od 60 do 70g/m² min. 3 kanały termozgrzewcze. Napisy i wskaźniki umieszczone od strony folii.

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 3	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Metkownica trzyrzędowa numeryczna. Nadruk w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami (etykieta o wymiarach nie przekraczających 28mm x 29mm). Kompatybilna z etykietami z pozycji 3.	sztuka	1				
2	System dokumentacji kontroli sterylizacji w postaci kopert. Liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie 10 – 16. Miejsce na zapisy decyzji w sprawie dopuszczenia sterylizatora do pracy oraz zwolnienia każdego wsadu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność.	sztuka	400				
3	Etykiety podwójnie samoprzylepne trzyrzędowe bez wskaźnika kompatybilne z metkownicą z pozycji 1, 500 szt. na rolce.	rolka	200				
4	Walek barwiący do metkownicy trzyrzędowej kompatybilny z metkownicą z pozycji 1.	sztuka	5				
Razem							

Wartość brutto **słownie****zł**

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 4	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego, tj. ATTEST AUTO READER 390G	sztuka	550				
2	Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiającego Attest Auto Reader 390.	zestaw	1.400				
3	Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z czytnikiem posiadanym przez zamawiającego Attest Auto Reader 490.	zestaw	700				
4	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlaniem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce nie ulegająca zniszczeniu podczas procesu sterylizacji naklejka z wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego tj. ATTEST AUTO- READER 490	sztuka	1.100				
5	Naboje gazowe do posiadanego przez zamawiającego sterylizatora gazowego 3M do modelu 5XL zawierające 100 gram czystego EO zgodne z instrukcją użytkownika sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora	sztuka	240				
6	Papier do drukarki sterylizatora Steri Vac 5XL 79mm x 30mm	rolka	5				
Razem							

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 5	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika odporna na warunki sterylizacji para wodną. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce.	rolka	100				
2	Taśmy ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną z naniesioną warstwą kleju. Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach – nietoksyczne i pozbawione metali ciężkich. Szerokość rolki do 3cm, 50 metrów na rolce.	rolka	10				
Razem							

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 6	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji.	sztuka	15.360				
2	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do kontroli sterylizacji nadtlakiem wodoru. Substancja ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji.	sztuka	13.200				
3	Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji parą wodną z przesuwaną substancją wskaźnikową w okienku o długości do 10cm (pole testowe wskaźnika podzielone na dwie strefy: odrzucenie i akceptacja) do zastosowania we wszystkich cyklach parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru.	sztuka	7.000				
4	Integrator chemiczny typu 5 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji.	sztuka	600				
5	Wskaźnik typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121 stopni / 20 minut) do stosowania z przyrządem PCD *	sztuka	1.450				
6	Wskaźnik chemiczny typu 6 do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych (134 stopnie / 7 minut; 121 stopni / 20 minut) Substancja testowa ułożona liniowo lub punktowo. Zdecydowana zmiana barwy po procesie sterylizacji.	sztuka	5.000				
7	Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie Dick (134 stopnie, 3min 30 sek.) nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary wodnej.	pakiet	550				
Razem							

*przyrząd PCD do każdego opakowania testów

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 7	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Test kontroli dezynfekcji termicznej (93 stopnie /10 minut). Integracja krytycznych parametrów procesu (czas i temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę barwy w polu testowym.	sztuka	1.200				
2	Wskaźnik skuteczności mycia maszynowego w myjni dezynfektorze. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Substancja naniesiona na arkusz warstwowo i nierównomiernie.	sztuka	2.600				
3	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek do rękawów papierowo – foliowych.	sztuka	1.000				
4	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek opakowań Tyvek.	sztuka	500				
5	Plomby plastikowe bez wskaźnika do zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych.	sztuka	4.000				
6	Przeźroczyste osłonki do zabezpieczania ostrych narzędzi, szerokość 15mm.	sztuka	6.000				
Razem							

Wartość brutto **słownie****zł**

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 8	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 100mm długość 100m*	rolka	3				
2	Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 200mm długość 100m*	rolka	3				
3	Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 250mm długość 100m*	rolka	20				
4	Rękaw Tyvek. Rozmiar szerokość 350mm długość 100m*	rolka	20				
Razem							

* Rękaw Tyvek ze wskaźnikiem VH202 - płaski, bezcelulozowy – gramatura min 74 g/m², zgrzew minimum 3 kanały, wyraźnie nadrukowany wskaźnik procesu.

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 9	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Kaseta z nadtlenkiem wodoru (20 cykli z jednej kasety) kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez zamawiającego (Crystal 50).	sztuka	20				
Razem							

Wartość brutto **słownie**zł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 10	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Wskaźnik do sterylizacji radiacyjnej promieniami gamma, wskaźnik procesu w formie okrągłych nalepek. Zdecydowana zmiana barwy po ekspozycji.	sztuka	5.000				
Razem							

Wartość brutto **słownie**zł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 11	j.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Papier termoczuły szerokość 112mm dł. 25m do rejestracji procesów w sterylizatorach Securex / Unisteri / Selectomat/ Formomat/ Sterivap. Trwałość zapisu do 10 lat.	rolka	11				
Razem							

Wartość brutto słowniezł

w tym:

wartość netto -zł.

podatek VAT -zł.

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy CLO/ZP/37/2021 prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5).
Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

.....
(podpis)

Umowa nr .../2021

Zawarta w dniu..... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182167, REGON: 272165010, NIP: 643-10-05-873

zwanym w umowie **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

Mariusza Nowaka - Dyrektora

a

.....

zwanym w umowie **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....

Powyżej wskazany Zamawiający oraz Wykonawca zwani również odpowiednio Stroną, a jeżeli łącznie to Stronami, na podstawie **Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży i sukcesywnej dostawie materiałów i testów do sterylizacji pakiet, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki i termin realizacji

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od do.....
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem w ciągu **3 dni** roboczych od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie, mailowo) do magazynu Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega, że dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
5. Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie **5 dni** od terminu realizacji określonego w ust 2 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych produktów.
7. Zamawiający przyjmuje, że zmiana nazwy jak i numeru katalogowego przedmiotu umowy (tego samego produktu) nie stanowi jego zmiany, jeżeli produkt spełnia parametry określone w SWZ.
8. Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy jego produkcji, a Wykonawca udokumentuje tą okoliczność oświadczeniem producenta oraz własnym, że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji wraz z analizą dostępności przedmiotu umowy u innych producentów. Zamawiający wskazuje, że parametrami określającymi równoważność **zamiennego przedmiotu umowy** będą parametry określone w SWZ.

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności

§ 4

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają na kwotę brutto **...,00 złotych** (słownie:.....)
Na kwotę tą składa się:
kwota netto: ... zł
kwota podatku VAT: ... zł
2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie zaspakaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
4. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 80% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 20% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
6. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 20% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.
8. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego:
Centrum Leczenia Oparzeń
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873
9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do **60 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze rachunek bankowy - jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT - nie jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego.
12. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje wyłącznie następujący adres doręczenia faktury VAT: **faktury@clo.com.pl**.
13. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi.
W szczególności wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
14. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek oraz zawierać

umów poręczenia lub innych umów o podobnym skutku, a dotyczących wiarygodności wynikających z niniejszej umowy.

15. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy kwot stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym kar umownych, o których mowa w § 6 umowy.
16. Postanowienie zawarte w ust. 15 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.
17. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług.
18. Zmiany wymienione w ust. 17 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

Prawa i obowiązki Stron umowy

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy;
 - 2) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;
 - 2) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;
 - 3) udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie.
 - 4) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego.
4. Osobą upoważnioną do współpracy przy realizacji umowy jest:
 - 1) ze strony Zamawiającego – Katarzyna Trocha,
mail: katarzyna.trocha@clo.com.pl, Tel: 32 735 74 96
 - 2) ze strony Wykonawcy –
mail:....., Tel:.....
5. Osoby wymienione w ust. 4 umocowane są do weryfikacji zgodności dostarczonego towaru z zapisami SWZ.
6. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 4, będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Sposób komunikowania się i przekazywania dokumentów odbywa się osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego / kary umowne

§ 6

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nabycia go przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 6.
2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości **5 %** (słownie pięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą wg wyboru Zamawiającego zostać potrącane z wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Wykonawcę lub potrąconych w terminie wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 3 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. Naliczone w czasie obowiązywania umowy, jak i w związku z odstąpieniem od tej umowy kary umowne są wymagalne pomimo odstąpienia od umowy, a zapłacone nie podlegają zwrotowi.
5. Postanowienie zawarte w ust. 3 nie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.
6. Naliczone w czasie obowiązywania umowy, jak i w związku z odstąpieniem od tej umowy kary umowne są wymagalne pomimo odstąpienia od umowy, a zapłacone nie podlegają zwrotowi.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przewyższać **20%** (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.

Odstąpienie od umowy

§ 7

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do naliczania kary umownej w przypadku uzyskania wiedzy przez Zamawianego o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, jak i w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do **30 dni** od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy.
2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku uzyskania wiedzy przez Wykonawcę o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, a w tym, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje terminów umownych lub nie realizuje umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie, nie wykona swojego obowiązku. Odstąpienie od umowy będzie realizowane w formie pisemnej w terminie do **30 dni** od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie od umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Siła Wyższa

§ 8

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane, jako Siła Wyższa.
2. Dla celów umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy

w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych dostaw.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji umowy chyba, że Strony postanowią inaczej.
6. Zmiana warunków umowy z powodu Siły Wyższej nie może pogorszyć ani polepszyć sytuacji żadnej ze stron poza okolicznościami bezpośrednio wynikającymi z jej powstania.

Postanowienia końcowe

§ 9

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 11

W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający