

**SPIS TREŚCI**

*stron dokumentu: 2*

zestaw 1 [zam.: 24.03.2021] .....2

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach?

Urządzenie do pomiaru wskaźnika kostka-ramię metodą oscylometryczną i pletyzmograficzną.

Skurczowego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną i pletyzmograficzną.

Rozkurczowego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną i pletyzmograficzną.

Tętna metodą oscylometryczną i pletyzmograficzną.

Zakres ciśnienia (0-299) mmHg

Zakres tętna (30-190)/min

Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3mmHg

Dokładność pomiaru tętna +/- 5% wartości

Dokładność wskaźnika kostka ramię +/- 0,1

Urządzenie z wbudowanym wyświetlaczem i menu.

Urządzenie z dopinanymi za pomocą przewodów 3 kolorowymi mankietami z wyszczególnieniem kończyn dla których są przeznaczone.

Urządzenie z możliwością doboru mankietów w większym rozmiarze i z możliwością zastosowania wraz ze specjalnym stojakiem dla niego przeznaczonym.

Urządzenie z możliwością przesłania wyników drogą elektroniczną na komputer.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ