

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 8

zestaw 1 [zam.: 26.07.2021]	2
zestaw 2 [zam.: 28.07.2021]	3
zestaw 3 [zam.: 29.07.2021]	8

zestaw 1

zam.: 26.07.2021 r.

1

[pakiet 5, poz. 1](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści tace na kieliszki do leków w rozmiarze 405 x 315 x 55 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z SWZ taca nie większa niż 430 x 325 x 60 mm i mieszcząca nie mniej niż 30 kieliszków do leków.

2

[pakiet 7, poz. 2](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej, w którym elementy podłączane do ssaka są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu, który jest wyrobem medycznym.

1


[pakiet 14 \(regulator ssania\)](#)**Pytanie:**

Co Zamawiający rozumie przez „długie wejście/długi wtyk”? Proszę o doprecyzowanie jakiej długości powinien być wtyk.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że cała długość wtyku nie będzie krótsza niż 6cm.

zdjęcia poglądowe:



2

[pakiet 14 \(regulator ssania\)](#)**Pytanie:**

Ze względu na niewielką liczbę sprzętu w pakiecie nr 14 i dostawach sukcesywnych przez rok trwania umowy, koszty transportu będą stanowić znaczącą część wartości zamówienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający jest w stanie dookreślić liczbę dostaw przypadającą na pakiet nr 14 bądź zdecydować się na jednorazowe zamówienie?

Takie rozwiązanie zadziała na korzyść Zamawiającego podczas kalkulacji ceny jednostkowej urządzenia znacząco ją obniżając.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Realizacja przedmiotu umowy jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego.

3

[pakiet 14 \(regulator ssania\)](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści dostawę poprzez firmę kurierską?

Odpowiedź:

Tak.

4


[pakiet 14 \(dozownik tlenu\)](#)**Pytanie:**

Co Zamawiający rozumie przez „długie wejście/długi wtyk”? Proszę o doprecyzowanie jakiej długości powinien być wtyk.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że cała długość wtyku nie będzie krótsza niż 6cm.

zdjęcia poglądowe:



5

[pakiet 14 \(dozownik tlenu\)](#)**Pytanie:**

Ze względu na niewielką liczbę sprzętu w pakiecie nr 14 i dostawach sukcesywnych przez rok trwania umowy, koszty transportu będą stanowić znaczącą część wartości zamówienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający jest w stanie dookreślić liczbę dostaw przypadającą na pakiet nr 14 bądź zdecydować się na jednorazowe zamówienie?

Takie rozwiązanie zadziała na korzyść Zamawiającego podczas kalkulacji ceny jednostkowej urządzenia znacząco ją obniżając.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Realizacja przedmiotu umowy jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego.

6

[pakiet 14 \(dozownik tlenu\)](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga przepływu 0-15 l/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w następujący sposób:

Dozownik tlenu montowany do punktu poboru, przepływ tlenu ustawiany skokowo w zakresie nie mniejszym niż 0-15 l/min., ustawiona wartość widoczna w okienku na obwodzie pokrętkła.

Urządzenie wykonane z tworzywa odpornego na działanie czynników zewnętrznych (promieniowanie UV, środki dezynfekcyjne), długie wejście/długi wtyk system AGA.

Gwint do podłączenia butelki nawilzacza.

7

[pakiet 14 \(dozownik tlenu\)](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butelki nawilzacza w komplecie z dozownikiem tlenu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający stosuje jednorazowe pojemniki z wodą do tlenu.

8

[pakiet 14 \(dozownik tlenu\)](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści dostawę poprzez firmę kurierską?

Odpowiedź:

Tak.

9

[projekt umowy: § 3 ust. 6](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 3 ust. 6 w sposób następujący:

6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie 7 dni od terminu realizacji określonego w ust. 2 tego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych produktów. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika nr 1 do niniejszej umowy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10

[projekt umowy: § 6 ust. 2](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 6 ust. 2 w sposób następujący:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia w przypadku niewykonania przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie może również nabyć na podstawie § 3 ust. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11

[pakiet 3, poz. 7](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 7 z pakietu nr 3.
Umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia jakiejkolwiek pozycji z pakietu.

12

[pakiet 5, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jakiejkolwiek pozycji z pakietu.

13

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści gąbki o składzie: *Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Disodium Cocoamphodiacetate, Citric Acid, Parfum, Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camellia Sinesis Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract, CI 42090, CI 47005, CI 61570, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Benzophenone-4*

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

14

[pakiet 15, poz. 2÷4](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuszcza dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

15

[pakiet 23, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanierek dezynfekcyjnych będących wyrobem medycznym o pojemności 3L, posiadających sito i pokrywę o wymiarach wewnętrznych 26x17,5x100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ. Zamawiający w SWZ podał wewnętrzne rozmiary sita.

16

[pakiet 23, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanierek dezynfekcyjnych będących wyrobem medycznym o pojemności 5L, posiadających sito i pokrywę o wymiarach wewnętrznych 32x21,5x14,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ. Zamawiający w SWZ podał wewnętrzne rozmiary sita.

17

[pakiet 23, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie do oceny wanierek dezynfekcyjnych będących wyrobem medycznym o pojemności 5L, posiadających sito i pokrywę o wymiarach wewnętrznych 40x27x18,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ. Zamawiający w SWZ podał wewnętrzne rozmiary sita.

18

[pakiet 7, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

19

[pakiet 7, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, tak jak dotychczas używany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

20

[pakiet 7, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany zestaw do toalety jamy ustnej jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej ma posiadać potwierdzoną skuteczność w redukcji VAP poparte badaniami klinicznymi dostarczonymi na życzenie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

21

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do zbiórki moczu ma posiadać port do pobierania próbek moczu wyposażony w okienko podglądu, służący do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

22

[pakiet 17, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy w składzie: worek o pojemności 1750 ml, worek wykonany ze wzmocnionej foii z uchwytem do zawieszenia, z możliwością kontroli objętości płynu do wlewu z dokładnością do 250 ml, dren z kłamrą, zakończony kanką.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

23

[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości, tj. 600 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę.

24

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania?

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia jakiegokolwiek pozycji z pakietu.

25

[pakiet 7, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, składający się z zewnętrznej warstwy polietylenowej oraz wewnętrznej warstwy włókniny nasączonej substancjami myjącymi oraz odżywką, nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W), zapachowy, zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

26

[pakiet 17, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką miękką z jednym atraumatycznym otworem centralnym i jednym bocznym, pojemność worka 1500ml, dren o długości 115 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający **dokonał odpowiednich zmian w SWZ.**

27

[pakiet 17, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem zakończonym natłuszczoną końcówką posiadającą otwór centralny i otwór boczny, zabezpieczoną zatyczką, reszta parametrów zgodnie z swz?

Odpowiedź:

Zamawiający **dokonał zmian w zapisie SWZ** w odniesieniu do otworu bocznego. W zakresie natłuszczonej końcówki Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

28

[pakiet 19, poz. 1÷3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opaski do stosowania w kompresjoterapii nierozciągliwe o długości 4m?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi, posiada łagodny smak mięty. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.