

**SPIS TREŚCI**

*stron dokumentu: 3*

zestaw 1 [zam.: 28.09.2021] .....2

1

[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:****Stojak (wieszak) na fartuchy**  
wzmocniona konstrukcja*gwarantująca wytrzymałość i możliwość powieszenia min. 4 szt. fartuchów typu płaszcz z pozycji 1, mobilny*

Czy Zamawiający wymaga aby stojak był wykonany ze stali kwasoodpornej oraz posiadał niezbędne atesty higieniczne?

Gwarantuje to możliwość utrzymania wysokich standardów sanitarnych i higienicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnego z zapisami SWZ.

2

[pakiet 6, poz. 4](#)**Pytanie:****Ośłona na jajniki w kolorze zielonym***Oślonność: równoważnik Pb: 1mm. W rozmiarach S, M, i L - po jednej sztuce*

Czy zamawiający wymaga aby osłony na jajniki posiadały zgrzewane szwy?

*Gwarantuje to możliwość utrzymania wysokich standardów sanitarnych i higienicznych.*

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie kompletu osłon w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnego z zapisami SWZ.

3

[pakiet 6, poz. 5](#)**Pytanie:****Ośłona na gonady dla mężczyzn kolorze zielonym***Oślonność: równoważnik Pb: 1mm. W rozmiarach S, M, i L - po jednej sztuce*

Czy zamawiający wymaga aby osłony na jajniki posiadały zgrzewane szwy?

*Gwarantuje to możliwość utrzymania wysokich standardów sanitarnych i higienicznych.*

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie kompletu osłon w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnego z zapisami SWZ.

4

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z wielką prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6, pozycji 1 fartucha ołowianego, który zamiast poduszek łagodzących nacisk na bark, wyposażony jest w pas odciążający, którego zadaniem jest również łagodzić otóż ten nacisk.

*Mamy w asortymencie produkty producenta, poprzez którego możemy zapewnić bardzo wysoką jakość owych fartuchów.***Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnego z zapisami SWZ.

5

[SWZ: Rozdział 11](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do:

**Pakiety 1-4 do 84 dni od daty zawarcia umowy****Pakiety 5-9 do 98 dni od daty zawarcia umowy***Aktualny łańcuch dostaw na rynku europejskim dyktowany jest sytuacją epidemiologiczną (pandemia SARS-CoV-2) co ma bezpośredni wpływ na produkcję poszczególnych produktów. W zakresie pakietów 1-4 istnieją komponenty wewnętrzne (np. mikroprocesor), które mają minimalny czas dostawy do producenta wydłużony o kilka tygodni, co w rezultacie znacznie wydłuża proces produkcji. Dodatkowo w zakresie pakietów 5-9 łańcuch dostaw związany z komponentami ołowiano-wolframowymi również jest znacznie zaburzony i aktualnie minimalny czas dostawy do odbiorcy polskiego dla np. osłonek na strzykawkę albo na fiolkę z radiofarmaceutyką, wynosi min. 10-12 tygodni w zależności od sytuacji dostawcy producenta.***Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do:

**Pakiety 1-4 do 84 dni od daty zawarcia umowy****Pakiety 5-9 do 98 dni od daty zawarcia umowy**

**Pytanie:**

„Aplikacja do kontroli jakości (QC), pozwalająca na wykonanie wszystkich testów zgodnie z zaleceniem Producenta urządzenia np. w instrukcji obsługi i użytkownika”

Czy zamawiający może określić, co miał na myśli opisując ten parametr?

**Odpowiedź:**

Jeżeli w instrukcji obsługi i użytkownika Producent urządzenia zaleca wykonanie testów kontroli jakości (QC) urządzenia/detektora, dostarczone oprogramowanie powinno pozwolić na ich wykonanie.