

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 04.03.2021]2

1

[pakiet 1, poz. 6](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw PEG Flocare w rozmiarach Ch 14/40 oraz Ch 18/40 z końcówką EnFit?

Produkt o podanych w SWZ parametrach nie występuje już z końcówką ENLock na rynku polskim.

Odpowiedź:

Z treści pytania wykonawcy zamawiający wnioskuje, iż dotyczy ono produktu opisanego w pozycji 5, a nie 6.

Zamawiający dopuszcza zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu EnFit.

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SWZ.