

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/44/2021

Zamawiający w dniu 19.11.2021 r. dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 17 z dnia 16.11.2021 r., ZESTAW 2

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne mankiety wielorazowe producenta kardiomonitora w rozmiarze 19-23cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokona korekty zapisów SWZ:

poz. 9. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 20cm-25cm (+/-3cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.