

korekta odpowiedzi

zam.: 17.11.2021 r.

Zamawiający informuje, że koryguje odpowiedź udzieloną dnia 12.11.2021 r.

ZESTAW 1

32

[pakiet 16, poz. 10](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42cm-54cm?

Odpowiedź brzmiała:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

Odpowiedź powinna brzmieć:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ:

*poz. 10. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny **minimum 50 cm**, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K.*